

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

24 במרץ 2026  
מספרנו: הני"ר/2026-0128  
תיק: 6-1130

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאו אנדוסקופ משולב עם פרוסקור ומקור אור.

נדרשת רכישה של פירטי המכשור הבאים:

1. וידאו- דאודנוסקופ – בכמות 4 יח'.
2. פרוסקור – בכמות 1 יח'.
3. מקור אור – בכמות 1 יח'.

שילוב זה מאפשר בדיקה ויזואלית של חללים פנימיים בגוף בזמן אמת, וניתן לבצע פעולות טיפוליות כמו לקיחת דגימות או הסרת פוליפים בצורה בטוחה ומבוקרת.

רצ"ב הצעת מחיר חברת "מדטכניקה" בטרייד אין אותה יש לממש על כל מרכיביה:

- א. וידאו – דאודנוסקופ דגם T.JF-Q190V.
- ב. פרוסקור דגם CV-190 EVIS.
- ג. מקור אור דגם CLV-190 EVIS.

המכשור הנ"ל מחייב התאמה למכשור המצוי בשימוש מכון גסטרו בכל חדרי הבדיקה. המכשור האנדוסקופי במכון גסטרו מבוסס על פרוסקורים, מקורות אור ווידאו-אנדוסקופים מתוצרת OLYMPUS, לכן יש לרכוש את הנדרש גם עתה מתוצרת OLYMPUS. בנוסף מתאפשרת גמישות תפעולית מלאה והעברה רציפה ויעילה בין חדרי הבדיקה תוך תאימות מלאה בין כל רכיבי המערכת.

לאור הנ"ל, יש לראות ביצרן ונציגותו המקומית "מדטכניקה" ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

בברכה,

אליהו הנאליב סמייה  
מהנדס ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתק: דר' עידן לוי