

22/10/2026

מענה לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' ש-2026-18 מתן שירותי מעבדה בדיקות מים של דיאליזה(מערכות ייעודיות) של המכרז הרפואי ברזילי

מס' שאלה	סוג המסמך (מכרז/נספח למכרז)	הסעיף הרלוונטי במסמך סעיף	פירוט השאלה	מענה לשאלות
1	עמ' 1-2 (אמות מידה לבחירת הזוכה) עמוד 1		נבקש לקבל את טופס/מבנה הניקוד המפורט לפיו יוענקו 30% הניקוד של 'מערך ביצוע הבדיקות ואיכותן'.	- ניסיון מוכח ביחידות דיאליזה במרכזים רפואיים (בתי חולים) עם רצף שירות של לפחות 3 שנים – 3 נקודות - תנאי ביצוע הדיגום והשינוע ושמירה על תקינות הדגימות, כולל, בין היתר, ניסיון הדוגמים, תהליך הדיגום, תנאי השינוע, כיצד מבטיחים שמירה על תקינות הדגימות, מסלול השינוע, מרחק המעבדה, תחנות ביניים עם תנאי אחסון בהן זמני העצירה עד הגעה למעבדה – 15 נקודות - תיעוד ויכולת הוכחת תנאי שינוע נאותים מנקודת הדיגום ועד למעבדה – 5 נקודות - בקרת איכות במעבדה – 4 נקודות - טיפול בתוצאות חריגות ודגימות לא תקינות - 3 נקודות
2	נספח א' כתב ההזמנה עמוד 4 נספח ה עמ' 21 סעיף 2.4	טו / 2.4	הסירו בבקשה וכי לא קיימת דרישת תקן מכון התקנים נשוא מכרז זה אלא של משרד הבריאות.	מקובל
3	נספח ג', עמ' 12 (טבלת כימיה של המים)		נבקש לאשר כי ניתן לבצע את בדיקת הכספית בשיטת ICP-MS במקום Cold Vapor, ככל והשיטה מוכרת ומוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומשרד הבריאות.	הבדיקות יבוצעו בהתאם לנהלים ולתקנים המקובלים כמפורט במכרז

4	נספח ב'	עמ' 10 (סעיפים 4-5) / נספח ג', עמ' 12	א. כמה נקודות דיגום בפועל תידגמנה לבדיקה כימית מלאה בכל סבב (יוני ודצמבר)? ב. האם בדיקת הכימיה מבוצעת מכל 16 העמדות או מנקודות ייעודיות? ג. האם התמחור בנספח ג' הוא למחיר לדגימה בודדת או לסבב כולל?	יש לדגום 10 נק' (3 ברזים במכון הדיאליזה, 2 ברזים במינוס 2, ועוד 5 מכשירי RO) זה מבוצע פעמיים בשנה. בדיקת הכימיה תבוצע מנקודות ייעודיות (מ-10 הנקודות שצוינו). התמחור הוא לדגימה בודדת כאשר לצורך חישוב ציון המחיר, יובאו בחשבון שני התמחורים יחד, כאשר סכומם הכולל יהווה את המחיר להשוואה בין ההצעות
5	נספח א' אופציה להרחבת ו/או צמצום ההתקשרות ביטול מכרז עמ' 7 עמ' 38	עמ' 7 (סעיף 11) / נספח טו', עמ' 38 (סעיפים 1.3- 1.5)	נבקש לקבוע כי הודעה על צמצום או הרחבה משמעותיים בהיקף הדיגומים (מעל 20%) תימסר לספק בכתב לפחות 30 יום מראש, כדי לאפשר היערכות לוגיסטית ורכש מתאים ו/או יוצא סעיף זה להודיע על הפסקת השירותים בכל עת.	מקובל
6	נספח א', עמ' 8 (סעיף 14) / נספח יד', עמ' 34 / נספח טו', עמ' 39	עמ' 8 (סעיף 14) / נספח יד', עמ' 34 / נספח טו', עמ' 39	קיימת אי-התאמה בין נספח א' (שוטף +30), נספח יד' (שוטף +45) ונספח טו' (עד 60 יום). נבקש לאשר כי תנאי התשלום המחייבים הינם שוטף + 30 מיום הגשת החשבונית, כפי שנקבע בנספח א.	תנאי התשלום הינם שוטף + 30 ממועד תאריך החשבונית
7	נספח ב', עמ' 10 (סעיף 8)	נספח ב', עמ' 10 (סעיף 8)	בעת חריגה על המזמין לעדכן הספק ולהנחותו האם מתי יש להגיע לדיגום נוסף ולאילו פרמטרים. נבקש להוסיף סעיף תמחור ייעודי בדיגום דחוף/שישי/סוף שבוע.	התמחור זהה גם לדיגומים דחופים/שישי/סוף שבוע. במידה וקיים תמחור גבוה של חברה לדיגומים אלו, יש לציין זאת בהערה בתמחור.
8	נספח ב', עמ' 10 (סעיף 6)	נספח ב', עמ' 10 (סעיף 6)	במידה ונוצר עיכוב בכניסה מסיבות בית החולים, כיצד יחושב זמן ההמתנה?	השאלה לא ברורה. מדובר בבית חולים אשר פתוח 24/7 (קיימים כוננים)
9	נספח ה עמוד 21 סעיף 3 ביטוח	נספח ה עמוד 21 סעיף 3 ביטוח	אישור ביטוחי יומצא כנדרש פוליסות ביטוח אינו מופצות	מקובל
10	נספח יד', עמ' 34 (סעיף 2.2)	נספח יד', עמ' 34 (סעיף 2.2)	תקופת ההתקשרות הכוללת הינה עד 5 שנים (שנה + 4 שנות אופציה). נבקש לקבוע מנגנון הצמדה	לא מקובל



	למדד המחירים לצרכן החל מהשנה השנייה להסכם (במועד כל הארכת אופציה).			
מקובל	נבקש לעדכן את שעת מועד ההגשה עד השעה 16:00	כללי מועד ושעת ההגשה	כללי נספח א', עמ' 5 (סעיף 7) / עמ' 9 (סעיף 20)	11

על המציע לצרף את המענה לשאלות הבהרה חתום למסמכי המכרז.

 תאריך

 חתימת החברה