



אגף מעבדות
נימוק "ספק יחיד"

שם הפריט/ים: מערכות הארכיון לבלוקים (מדגם FINA) מתוצרת חברת Dreampath
מס': מתן פתרון כולל למרכז רפואי שיבא - אוטומציה ספק: גאמידור דיאגנוסטיקה בעמ
תאריך: 18/05/26

סכום לא כולל מע"מ: כ- 1,250,000 ₪

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

- ☐ ספק יחיד ואין בלתו.
- ☒ ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפוטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).
- ☐ ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
- ☐ רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ.
- ☐ אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).
- ☐ אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
- ☐ אחר (פרט).

פירוט הנימוקים המקצועיים:

מערכות ארכיון לבלוקים (מדגם FINA) מתוצרת חברת Dreampath הינן המערכות הנפוצות בעולם לארכוב דיגיטלי ומותקנות ביותר מ-70% מהאתרים בעולם המערבי עם למעלה מ-500 מערכות ארכוב לבלוקים המותקנות ביותר מ-40 מדינות, וארכוב של מאות מיליוני דגימות וק חיבור ל-LIS. מערכת זו עובדת בתפוקה גבוהה המתאימה למעבדה לפתולוגיה בשיבא. ארכוב מגש המכיל 240 בלוקים: כ-2 דקות.

היתרון שלה מערכת זו היא בצמצום משמעותי של מניעת סיכונים וטעויות: לכל הרצה מופקת מדבקה ייעודית אחת למגש – למניעת טעויות בזיהוי ובהדבקה. לכל מגש ברקוד חד-חד ערכי – ללא כפילויות.

שימוש במסופון ייעודי מאפשר שליפה של עד 500 דגימות (בלוקים) בפעולה אחת, בדיוק גבוה וללא טעויות. המערכת עומדת בסטנדרטים הגבוהים הנדרשים לעבודת מכון פתולוגי, כולל עמידה בתקן ISO 9001. אמינות גבוהה ושביעות רצון מוכחת לאורך שנים, הן בישראל והן בעולם.

קיימים ספקים אחרים למערכות אלה המארכבות מעבדות בהיקפים נמוכים יותר, בעלות מאפיינים המעלים את הסיכוי לטעויות ותקלות טכניות אחרות.

לחברה ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בשימוש במערכות במעבדות דיאגנוסטיות בישראל, לנציג המקומי ניסיון של לפחות 5 שנים עם המערכות המוצעות וקיימות מעל 10 מערכות פעילות מספק זה בישראל הנמצאות בשימוש רוטיני, כולל מעבדות של משרד הבריאות.

לאור כל המאפיינים הללו נבקש להכיר במערכת של חברת גאמידור כספק יחיד העונה על הצרכים.

ד"ר מאיר ששון PHD MBA
מנהל המעבדה לפתולוגיה
מ.ר. 192760
ניח שיבא

תאריך	18/05/2026	שם המעבדה	פתולוגיה	קוד מעבדה	71500	חתימת מנהל המעבדה
-------	------------	-----------	----------	-----------	-------	-------------------

* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים

– להזמנת כימיקלים בלבד –
אישור הנהלת אגף מעבדות

מאשר ☒ לא מאשר ☐

נימוקים:

תאריך: 18/5/26 פרטי המאשר: ד"ר דן דומיניסיני חתימה: ד"ר דן דומיניסיני
מנהל אגף המעבדות
סגן י"ר ושות' במחקר
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

F-LABS0005111-2-02