

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מחשוב ותקשורת
תאריך:	10.01.23

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ קרן מחקרים

\_\_\_\_\_ מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכש ותחזוקה של מדפסת ביולוגית D3 תוצרת CELLINK

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

\_\_\_\_\_ שירותים

\_\_\_\_\_ טובין

שם הספק:	י.א. אלמוג דיאגנוסטיקה
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1157
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 300000
תקופת ההתקשרות	שנה

2/..

- 2 -

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

מצ"ב מסמך מנמק מאת כרמית סמורלי


לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<b>התימה</b>	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

15 בדצמבר 2022  
מספרנו: הנ"ר/2022-0461  
תיק: 8000

לכבוד  
גב' גילי נעים  
**מח' הרכש**

**הנדון: אגף המעבדות 2022/המעבדה להנדסת רקמות – חו"ד לרכישת מדפסת ביולוגית**

- א. מסמך רישום פטנטים למדפסת הביולוגית תוצרת CELLINK.
  - ב. הסבר ספק יחיד בדוא"ל של ד"ר אורית הררי-שטיינברג, מנהלת מעבדת מחקר בהנדסת רקמות, מתאריך 31.8.22.
  - ג. הצעת מחיר של חברת "אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי בע"מ" מתאריך 24.8.22.
  - ד. תכתובת סעיף תקציבי
1. מסמך זה מפרט את הרכש של מדפסת תלת מימד ביולוגית BioX GEN 3, תוצרת CELLINK, עבור המעבדה להנדסת רקמות בכמות של יחידה 1.  
יובהר כי לטכנולוגית ההדפסה רשומים שלושה פטנטים כמפורט בסימוכין א'.
  2. בסימוכין ב' מסבירה, ד"ר אורית הררי-שטיינברג, מנהלת מעבדת מחקר בהנדסת רקמות, כי בנוסף לטכנולוגיות המוגנות בפטנט הנדרשות לשימוש המעבדה- זו המדפסת היחידה הנמכרת ע"י נציג בארץ וכן ניתן לה השירות הטכני-הנדסי והתמיכה האלקטרונית, ובעת תקלה ישנה האפשרות לקבל מדפסת חלופית על לתיקון.
  3. בהמשך לסימוכין, מדובר ברכש מדפסת תלת מימד ביולוגית עם שלושה ראשי הדפסה, 2 ראשים תרמופלסטיים, תוכנה ורשיון להפעלת המדפסת. העסקה כוללת את התקנה המערכת, תמיכה ושירות ואפשרות לקבלת מדפסת חלופית בעת תיקון. המכשיר מגיע עם כבל רשת של 230V.
  4. לאור המפורט מעלה, יש לראות ביצרן CELLINK, באמצעות נציגתו המקומית חברת " אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי בע"מ", ספק בלעדי לרכישה זו.
  5. יש לממש את הרכישה באמצעות הצעת המחיר המצורפת כסימוכין ג'.
- מקור תקציבי לרכישה- בהתאם לסימוכין ד'.**

**הערות:**

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים (כולל חלפים ועבודה), לכל מכלולי המערכת המוצעת, החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים, חלפים ועבודה) על פי הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת, במהלך השנה הראשונה לאחריות וכן לפני תום השנה השניה לאחריות.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.

בברכה,

כרמית סמורלי  
ייעוץ הנדסי בתחום ההנדסה הרפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר אורית הררי-שטיינברג  
ד"ר שי דובדבני  
מר משה חמד