



תאריך: 27.4.2026

לכל המציעים

הנדון: מכרז מס' 6353/2026 לאספקת קטטר עבור המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה

הודעה מס' 1 – תשובות לשאלות ובקשות להבהרות

1. בהמשך למסמכי המכרז מתאריך 13.4.2026, מצ"ב הבהרות למסמכי המכרז שבנדון.
2. הינכם נדרשים לאשר קבלתה של הודעה זו באמצעות הטופס המצורף כנספח א' ולהחזירו חתום במייל חוזר לכתובת: y_hyameschaplin@rmc.gov.il.
3. להבהרות נוספות ניתן לפנות לח"מ בטלפון: 04-7773070.
4. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו, כשהוא חתום, למסמכי ההצעה.

בברכה,

איבון היימס צ'פלין, עו"ד
עורכת מכרזים והתקשרויות
רמב"ם – הקרית הרפואית לבריאות האדם



נספח א'

לכבוד:

המרכז הרפואי רמב"ם – מחלקת רכש
לידי: איבון היימס צ'פלין, עו"ד
אימייל: y_hyameschaplin@rmc.gov.il

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' 6353/2026 לאספקת קטטר פורט עבור המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה

הריני לאשר קבלת הודעה מס' 1 מיום 27 באפריל, 2026, וכל החומר המצורף המפורט בהודעה זו.

שם פרטי	שם משפחה	שם החברה
---------	----------	----------

חותמת חברה	חתימה
------------	-------

הנדון: מכרז מס' 6353/2026 לאספקת קטטר פורט עבור המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה

תשובות לשאלות ובקשות להבהרות:

<u>מס"ד</u>	<u>עמוד / נספח</u>	<u>מספר הסעיף</u>	<u>פירוט השאלה / בקשת ההבהרה</u>	<u>תשובה</u>
1	11	1,2	האם הקטטר סיליקון/פוליאוריתן?	סיליקון.
2	11	1,2	האם הדרישה הנה לפורט מחובר או שאינו מחובר מראש?	פורט שאינו מחובר.
3	11	1,2	האם תרצו שנציע גדלים נוספים?	נדרשת הגשה לגדלים כפי שהוגדרו בכתב הכמויות. ניתן להגיש הצעה, בנוסף, גם לגדלים אחרים.
4	11	3,4,5,6	האם להציע גדלים נוספים?	נדרשת הגשה לגדלים כפי שהוגדרו בכתב הכמויות. ניתן להגיש הצעה, בנוסף, גם לגדלים אחרים.
5	11	3,4,5,6	האם להציע גם דבל לומן או רק סינגל?	בהתאם למבוקש בכתב הכמויות.