




אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	ת.ת. כיימזיה
מחוז הרכישה :	מנפה סומא
סכום הרכישה מטבע ספק :	117,962 ש"ח עד בשקלים :
ספק פוטנציאלי :	זונסו

הוועדה התכנסה בתאריך 18/11/18 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים:

		
שמואל זיב	עו"ד רוט פרי	רמי תנעקי
	מיכל אריאלי	

המרכז הישראלי תל-אביב
מחלקת הנדסה ישראלית
טל: 03-6973208 פקס: 03-6973440

27.12.2009
טימוכין : 26-12

לכבוד:
ועדת מכרזים
כאן

הנדון : רכישת מונה גאומא לת.ג. – כירורגיה א

בחוד נמחר יש צורך ברכישת מכשיר חדש למדידת קרני גאומא. המכשיר בשימוש בנתוזים כירורגיים לגילוי תאים סרטניים של בלוטת הלחמה, פראתרוידאיד, גינקולוגיה, כירורגיה חזה ואורטופדיה.

המכשיר צריך להיית:

- נייד
- ללא צורך בכיול
- חובה למדידת ^{99m}Tc , ^{125}I , ^{111}In , ^{18}F
- נוח לשימוש ותפריט דידיודי
- מאפשר תקופות זמן לספירה גם קבועות וגם לא סוף
- אפשרות לשדרוגים עתידיים של חוכנה

בדקתי במספר חברות ומצאתי שטכשיר היחיד שקיים בשוק בארץ למיטב ידיעתי זה המכשיר של ג'ונסון&ג'ונסון דגם NEO2100.

מכשיר מאותו דגם קיים בבית"ח וכבתי חולים אחרים (תל השומר, רמב"מ, וולפסון, ירושלים ...) והוא מכשיר איכותי, נוח לשימוש ועונה לכל הדרישות של המשתמשים.

בברכה

דודון לאקה

ראש מדור ת.ג. הישראלי
מרכז מכרזים
מחלקת הנדסה
ישראלית
טל: 03-6973208 פקס: 03-6973440
טימוכין : 26-12