

תל-השומר

מס' דו"	פיראט פון שפיטל
תאריך תשלום	חדר ניתוח לב מתוח
החברות	12.02.2015

(יש לסמן X במקום חמתאים)

אל: ועדת המברזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס 7.8.1 ו- 7.8.2.

תאריך: 01.01.2019

VASOVIEW HEMPRO

קצירת וריד אנדוסקופית

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טוב X ✓

שם המסמך:	א.י.סי.טי
מספר המסמך:	512336066-2952
תאריך תחילת / סיום:	
סכום זה הינו:	X√ סכום יחיד _____ סכום חוץ _____
אמור / שווי ההתקשרות:	נח 400,000
תקופת ההתקשרות:	24 חודשיים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא לחתייחש לשעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות לחיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

אחריהם נחקר את המידע שהוצג.
החלטת על מציאתם של המידע המבוקש.
המסקנה היא שהמידע הוא אמין.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

חתימה	חתימה	חתימה
מנהל מערך ניהול רכש	מנהל מערך ניהול רכש	מנהל מערך ניהול רכש

מנהל מערך ניהול רכש
המרכז הרפואי שיבא תל השומר מ.ר. 22189

Specifications for HP2

One system for both SVG and RA

Direct thermal energy source with 0 thermal proliferation on concave jaw side

Proprietary, 0 degree , 7 mm minimum (low profile) , extended length (40 cm at least) endoscope

In-line instrumentation (i.e the cutting tool and the c-ring in the same cannula)

Spot cautery patch

אותה מערכתתהיה יכולת להוצאת SVG וגם RA

חשוב מאוד עניין הפיזור הסרמי של הקואגולציה והחיתוך שלא יגיע לוריד או לעורק על מנת שלא יגרם נזק לשתל

עם סקופ 0 מעלות , ניתן להסתכל קדימה ולא למעלה , חשוב מאוד לראות לאן אתה נכנס לראות את הוריד או העורק על מנת להמנע מפגיעה בו , 7 מ"מ פרופיל נמוך , אורך 40 ס"מ יאפשר הוצאת וריד ארוך יותר ולא צריך לחתוך פעמיים

מכשיר אנטגרלי שכולל את החלק שמרחיק את הוריד או העורק מהחיתוך על מנת שלא יגרם נזק על ידי פגיעה טרמית או פיסית בו, ובנוסף הכלי של החיתוך והקואגולציה נמצא על אותו מכשיר , עניין זה מאפשר למנתח לעבוד עם יד אחת ולא צריך עוזר להוצאת הוריד בחדר נתוח

למערכת הזאת קיים Cautery שעובד על מתח ישר DC (ולא BIPOLAR) אשר ממקד את הכח החיתוך במוקד ולא מפזר את החום מעבר למוקד בכלל , הדבר שומר על השתל שלא יפגע