

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד	(הרפואה)
החברה/מוכר	אספקה סטרילית
תאריך	6.1.16

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מותג ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין/ השירות/העבודה)
הספקה של חומרי שטיפה למכונות לחיטוי אנדוסקופים
1. INTERCEPT DETERGENT FOR CLEANING ENDOSCOPE 3.8 LITER
2. RAPICIDE PA, HIGH LEVEL DISINFECTION SOLUTION 5 LITER

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ ביצוע עבודה _____ טובין

שם הספק:	שני-טל
מסמך הספק (ח.פ. ח.צ. נ.מ. מסמך עמותה)	226b - 511029035
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	1,800,000
תקופת ההתקשרות:	רכישה בהתאם לצורך
	24

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות לחיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **נימוקים והערות נוספות.**

מערך חיטוי הסקופים מורכב ממכונות של חב' MEDIVATOR שמיוצגים בארץ ע"י חברת שניסל.
המערכת הינה היחידה שמאפשרת חיטוי ממוכן בלבד ללא עבודת ידיים,
פעול יוצא מכך משולבת בה מערכת חיישנים ממוחשבת ומאוד רגישה,
שימוש בחומרים "דומים" של יצרן אחר, יכולה לשבש את דיוק הביצוע,
זאת בשל שוני ברמות PH , צמיגות , אפילו צבע החומר, לכן נכון יהיה להמשיך ולרכוש את חומרי החיטוי מהיצרן המקורי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף חיותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>עוז כהן סגן מנהל א.סטרילית מרכזית</p>	<p>עוז כהן שם בעל הסמכות המקצועית</p>
<p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>

*עוז כהן
 חמורל הכולסטי
 סגן מנהל מערך שירותי נשימה
 סלמון 458 פתח תקווה 11173
 נייד: 052-2333333
 דואר: eoz@kolostim.com*