

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד	
מחלקה	
מספר	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

שה, מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תאריך ההחלטה	מספר ההחלטה
מספר ההחלטה	תאריך ההחלטה
מספר ההחלטה	תאריך ההחלטה
מספר ההחלטה	תאריך ההחלטה
מספר ההחלטה	תאריך ההחלטה
מספר ההחלטה	תאריך ההחלטה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ ביצוע עבודה _____ טובין X

שם הספק	מספר הספק
מספר הספק	שם הספק
מספר הספק	שם הספק
מספר הספק	שם הספק
מספר הספק	שם הספק
מספר הספק	שם הספק

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. **נימוקים והערות נוספות.**

חברת מילר	הנך	פיהיים	למצא	מחירים
באותו				
נכס במסגרת				
שדה				

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ב. כח	ע. כח	ב. כח
שם	שם	שם



20-11-16

עבר : ועדת המכרזים

הנדון : סיכום בדיקת מכשירי לחץ שלילי לטיפול בפצעים קשוי ריפוי
במהלך החודשים האחרונים בחנו מכשירי לחץ שלילי לטיפול בפצעים קשוי ריפוי במספר מחלקות בביה"ח.
המכשירים שנבדקו שייכים לחברת כמיטק, נמידה וטרדיסגט. לחץ סיכום הממצאים שעלו תוך כדי בחינת המכשירים :

נמיתה-

- בשני מטופלים נוצרו שלמוחיות גדולות בשולי הפצע ככל הנראה כתגובה לתבישה המשנית
- עצבון ה Alana מאד שקט ולא נשמע עיי חצות ובקושי עיי המסופל
- חיבור ספוג ל VAC גדול יחסית, לא מתאים לפצעים קטנים.
- המסדקטן, פחות נוח לתפעול
- לא ניתן לתלייה על עמוד - מקשה במקרים שהמטופלים עם VAC הגם ניידים
- יכולת ההדבקה של יריעות השקופות אינה טובה
- ה Trac pad מרובע וגדול ולכן קשה לחבר לפצע ששטחו קטן

מכשירים-התקבלה הודעה ל Recall למכשירים . בעסף לפי שיתוף עם הסוכנת עדן אין אמ"ר למכשירים .

מכשיר -מכשיר ה KCI של חברת כמיטק מוכרת חיטב לכיחוי ונמצאת בשימוש שנים רבות תוך מתן מענה קליני מצוין וכן שירות מעולה של החברה לכל תקלה בזמן אמת, אספקת מתכלים, מתן מכשירים בעת מצוקה דבר שבא לידי ביטוי לאחרונה במבצע צוק איתן . לחץ תכונות ייחודיות של המכשיר :

- טווח הלחצים מאפשר טיפול גם באוכלוסיית חילדים המאושפזים במרכז הרפואי ע"ש שיבא (25-200 מ"מ כספית לעומת 40-200 מ"מ כספית).
- Trac pad של חברת כמיטק חתה שקופה ומאפשרת לראות את החפרשות וצבען (בטרדיסגט הצגרת אטומה)

- ספוגים – ברשות החברה ממון של ספוגים ייחודיים המאפשרים טיפול באטיולוגיות שונות של פצעים וכן עיני מצב הפצע כגון ספוג לכן שנתנד לשימוש בשתלי עורופלאפים וכן מסייע בהגנה על איברים כגון גידים וכן ספוג כסף שנתנד לטיפול בפצעים מזוהמים.
- Intensity setting – כיוון עצמת הלחץ השלילי וקביעת מהירות הלחץ למיטת הפצע (ייחודי)
- Digital wound image – מאפשר לצוות הרפואי לסמן את גבולות הפצע עיני מעקב אחר התקדמות הריפוי (ייחודי)
- Therapy history report – ניתן לאחסן במכשיר את המידע הטיפולי כולל חיעות המטופל לטיפול (ייחודי)

לציון כי החברה מתחייבת לשדרג את כל 26 המכשירים הקיימים בביחידה לדגם חדש מסוג Info Vac . בדגם זה אין צורך בהחלפת מסננים כפי שהיה במכשירים הנוכחיים.

לחצות דעת זו מצטרפים פרופי חייק ודייר קכל (מצ"ב מייל של פרופי חייק).

לסיכום,

לאור כל הנכתב לעיל חריני לציון כי חברת כמיטק הינם היחידים שנמצאו מתאימים ביותר וממליצה לרכוש את המכשירים והמתכלים מחברה זו.

בברכה

רוחמה פרידמן

מפקחת קלינית ביחידה השיקומי

מרכז תחום פצעים וחבשות