

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	ה-י 38
תאריך:	14.04.16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095076824	CONV. TO ALLURACLARITY FD20
2	1095076832	CONV. TO ALLURACLARITY FD10 BP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מיוסי ורד

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	854,701 שח' + מע"מ

אגף הדימות

ג' ניסן, תשע"ו
11 אפריל, 2016

לכבוד
הגב' גילי נעים
המרכז הרפואי
כאן.

גב' נעים הנכבדה,

הנדון: שדרוג מערכות צנתורים בחדר ניתוח וילדים.

הנהלת המרכז הרפואי החליטה לשדרג שני חדרי צנתורים:

1. חדר היברידי בחדר הניתוחים, חדר מספר 9, המשמש לפעולות כלי דם ולב ומבצעים בו ניתוחים מונחי דימות וגם ניתוחים רגילים.

2. חדר צנתורים ד-מישורי בביה"ח לילדים לביצוע צנתורים לילדים מגיל 0 ועד גיל 18 שנים.

השדרוג של שני החדרים הנ"ל הוחלט לאחר שדרוג זהה שבוצע בחדר צנתורי לב מספר 5 וחדר אלקטרופיזיולוגיה מספר 2.

השדרוג העיקרי הינו הוספת מערכת בשם CLARITY, מערכת החוסכת הן לנבדק והן לצוות הבודק למעלה מ-50% מהקרינה כיום. מצ"ב הצעות מחיר לביצוע השדרוג.

יש לראות במציעה חברת מדטכניקה ספק יחיד לצורך השדרוג של הציוד היות וחברה זאת הינה נציגתה הבלעדית של יצרנית הציוד ורק היא יכולה לבצע השדרוג. אין חברה מתחרה שיכולה לספק ציוד מתאים מהסוג המוצע המתאים יותר לבדיקות של צנתורי ילדים ופעולות טיפוליות בכלי דם ולב בחדר ההיברידי בחדרי הניתוחים, להנחתת קרינה במכשיר מתוצרת פיליפס.

אודה על אישורכם,

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי