

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבטחת
יחידה מזמינה:	ח.ו. ביחוליה
תאריך:	3/11/15

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072997	T-SHAPED INTRAOPERATIVE TRANSDUCER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	אמי טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511283194
מספר ספק בשיבא	1012
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	14,200 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 בדצמבר 2015
מספרנו: יש/2015-0629
תיק: 1125A, 1001

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: חדר ניתוח כירורגיה כללית –
חוו"ד לרכישת פרוב לאולטראסאונד תוצרת B&K

המתמר שבנדון, דגם 8816, מסי' סד' 3971140 נשלח לתיקון לחב' אמי טכנולוגיות עקב תקלה.

החברה הבהירה כי הפרוב נבדק אצל היצרן ונמצא כי המתמר ניזוק עקב חדירת נוזלים במהלך הסטריליזציה ואינו ניתן לתיקון (רצ"ב תמונות הנזק + מכתב היצרן).

רצ"ב הצעת מחיר חב' אמי טכנולוגיות לרכישת מתמר חדש.

יש לראות ביצרן ובנציגותו ספק יחיד לרכישה זו. לא ניתן להשתמש במתמרים מתוצרת יצרן אחר עם המכשיר זולת יצרן המכשיר.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת