

תל- השומר

	משרד
	המנהל

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מותג המותג (מקטלוג המכרזים של הספק) / שם המותג (במידה)	
החלפה	נשיביות
4 מכשירים	730
ס -	AG+P8
	118101011
	הפסים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

עם הספק	אסל
מספר הספק	1148 -
(ח.ס.ח.א/ע"מ מספר עמותה)	510848690
ספק יחיד	✓ ספק חוץ _____
אומדן שווי ההתקשרות	525,000 ₪
תקופת ההתקשרות	24 ח' 0.031



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשובל ע"ש חיים שיבא  
מסוף לבית הספר לרפואה ע"ש שאקלו  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

29 ביולי 2014  
מספרט: יש/0435-2014  
תיק: 1125-3

לכבוד  
מר ברנו לבאי  
כאן

נכבד,

המזין: שדרוג מכשירי אולטראסאונד תוצרת GE באגף גניקולוגי

דוא"ל מתאריכים 11.6.14, 3.6.14, 2.6.14

1. בהתאם לסימוכין מדובר בשדרוג המיכשור הקיים כמפורט להלן:

לדגם VOL P8BT12

א. שדרוג דגמי VOL I/E בכמות 10 יח'

שדרוג דגמי VOL 730 בכמות 6 יח'

לדגם VOL E8 EXPERT BT13

ב. שדרוג דגמי VOL E6BT10 בכמות 3 יח'

שדרוג דגמי VOL E8 EXPERT BT10 בכמות 1 יח'

הבחירה:

הכישת דגם VOL E10 אינה ניתנת לפי שטח למימוש.  
הערכה כי רק בחודשים ספט-אוקי 2014 ניתן יהיה לספק חמידע (הבקשה חיתה לכמות 3 יח').

2. הבחנות:

- הדגם הישן ביותר הקיים הינו VOL 730 אינו מירצר 4 שנים.

- דגם VOL P8 BT12 מבוסס על טכנולוגיה חדשה ומובנה בקונפיגורציה חדשה.  
חמקלדת גדולה וקלה לשימוש (לא בתצורת LAPTOP). מסך שטוח, איכותי, בגודל High Resolution 15". חיבור סימולטני של 3 מתמרים עם מיקום מאובטח בפני נפילות אקראיות.  
בעל כושר נייחות טוב, קומפקטי ובעל חוזק מבני התואם לעבודה רציפה עם כמות משתמשים גדולה.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
סניף ברשימת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/5917  
פקס. 972-3-5303387

2

דגם VOL E8 EXPERT BT13 כולל בעיקרו שדרוג חומרה ותוכנה על מנת לקבל שיפור משמעותי באיכות ההדמייה ותוספת טכנולוגיה חדישה הקרויה LIVE HD המאפשרת קבלת תמונת עובר ברזולוציה מדהימה עם אפשרות למתן דגש לאזור ספציפי על מנת לאבחן אופן ההתפתחות של העובר.

עלות עיסקת חליפין למיכשור הקיים מדגם VOL 1/8 ו-VOL 730 הינה \$300 ל"ח ללא מע"מ (דוא"ל חבי אלדן מיום 24.7.14).

דגם VOL E6 BT10 בכמות 2 יח מצוי ביולדות (מסי סדי D52958) ובניטור עוברי (מסי סדי D52961). יש לקבל החלטה איזה מבין השניים ישדרג לדגם VOL E8 EXPERT BT13.

### 3. עלויות

א. עלות שידרוג לדגם VOL E6 BT12 :

העלות לפני TRADE-IN הינה \$31,550 ללא מע"מ

העלות לאחר TRADE-IN הינה \$28,550 ללא מע"מ

עבור 16 מכשירים העלות הכוללת הינה \$456,800 ללא מע"מ (בעיסקת TRADE-IN), הכוללת לכל מכשיר מתמר CONVEX CURVE ARREY, דגם 4C-RS בתדר 2-5MHz ומתמר MICRO CONVEX דגם E9C-RS בתדר 4-9MHz.

ב. שידרוג לדגם VOL E8 EXPERT BT13 הינה \$24,000 ללא מע"מ.

עבור 4 מכשירים העלות הכוללת הינה \$96,000 ללא מע"מ. לעלות זו יש להוסיף סך של \$40,000 ללא מע"מ עבור 2 מתמרים לכל מכשיר (דגם RAB4-B-D בתדר 4-8MHz ודגם RICS-9-D בתדר 5-9MHz). העלות הכוללת ל-4 מכשירים כולל המתמרים הינה \$136,000 ללא מע"מ

ג. סה"כ עלויות \$592,800 ללא מע"מ ואחריות 24 חודשים.

הערה: עלות מכשיר חדש בכמות 1 יח עומדת ע"ס כ-150,000 \$ ללא מע"מ. העלות כוללת שידרוג כמות 20 מכשירים לגירסה העדכנית ביותר.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

4/11/2014

יורם שדמי  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית  
5/11/2014