

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	דגריאל
יחידה מזמינה:	קליה
תאריך:	25/01/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
6	1040009953	מחבר תקשורת SDM למוניטור PHILIPS
7	1095074001	SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM
5	1098075310	גז כיוול
2	1098075336	מחליף ממברנה רב פעמי
3	1098885197	גיל מגע MIL 5
1	1098885205	דיסקה פנימית להחלפת ממברנה (5 יח).
4	1098901234	מדבקות לעור רגיל (מבוגר)

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

24 בינואר 2016
מספרנו: יש/2016-0053
תיק: 1120-16, 4503

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

מכבוד,

הנדון: פגיה – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2

תכתובת מינואר 2016

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב. מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטרודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. לחלן תכונות המכשיר:
 - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
 - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
 - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
 - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
 - ה. אפשרות לייצוא נתונים.
 - ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
 - ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
 - ח. זינה – 230V/50Hz.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ15001694 של חב' קלינטיקה, מיום 3.9.15, לדגם SDMS תוצרת SENTEC, לפריטים 2,6,7 ולמתכלים פריטים 1,3,4,5 (בהתאם להתייחסות דר' מזכרת מיום 26.11.15).

הבהרה: פריט 6 בהצעה הינו מחבר תקשורת למוניטור תוצרת פיליפס המצוי בפגייה.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

5 לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: דר' צ. שטראוס
דר' ר. מזכרת