

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מק"ט	תיאור פריט
1095065223	VENTILATOR UNIT COMPLETE MODEL: C2

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

(סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	16,000 פרי"ש + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7 בינואר 2016
מספרנו: יש/2016-0011
תיק: 1115, 7012

לכבוד
מר ברנו לביא
כ א 1

נכבדי,

הנדון: חו"ד לרכישת מכשיר הנשמה

בנפרולוגיה היה בשימוש מכשיר הנשמה דגם C2 תוצרת חבי HAMILTON, מס' סד' 4946 שניזוק ממי דיאליזה.

המכשיר נשלח לתיקון לסוכן היצרן בארץ חבי בפקס.

עלות התיקון עומדת ע"ס CHF 10,149.52, כאשר עלות מכשיר חדש עומדת ע"ס CHF 18,000 ובעסקת TRADE-IN CHF 16,000. הנזק כולל את כל המערכת האלקטרונית במכשיר.

לנוכח עלות הנזק הגבוהה (להוציא סנסור חמצן שעלותו CHF 253), אין כדאיות כלכלית לממש התיקון המהווה כ-64% מעלות חדש.

המכשיר הניזוק יושבת ותחתיו יירכש מכשיר חלופי בעסקת TRADE-IN בהתאם להצעת מחיר Q160029 של חבי בפקס, מיום 4.1.16, כפוף לתנאי הרכישה שסוכמו לגבי עלות מכשיר חדש ממנה ינוכה סך ה-TRADE-IN.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת