

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	וקריאה היה למה
יחידה מזמינה:	מכון קפולוס
תאריך:	2/02/16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095073078	מכשיר לכיסוי סליידים דגם TISSUE TEK G2

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	פריגו ישראל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511386401
מספר ספק בשיבא	41620
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	95,500 י"ל + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

20 בינואר 2016  
מספרנו: יש/2016-0036  
תיק: 1-1237, 7013

לכבוד  
מר גיל דר  
גל

נכבדי,

**הנדון: פתולוגיה – חווי"ד לרכישת מכשיר לכיסוי סליידים**

למכון הפתולוגי נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בהתאם לתוכנית הצטיידות 2015.

למכרז מס' מצ/ 11599474 שבוצע לצורך מימוש הרכישה הוגשו ההצעות הבאות:

- הצעת חבי SAKURA לדגם TISSUE TEK G2 – באמצעות חבי טאיקו-פריגו.

- הצעת חבי LEICA לדגם CV-5030 – באמצעות חבי רניוס.

שתי ההצעות שהוגשו ענו לדרישות המקצועיות במכרז.

לאחר קבלת הבהרה ממנהלת המעבדה לפתולוגיה כי ייעוד המכשיר במעבדה לכיסוי סליידים המיועדים לצביעה במכשור מתוצרת VENTANA המחייב הדבקות התוויות על הסליידים באופן שעלול להוות בעיה בכיסוי הסליידים, הבהירה חבי רניוס נציגת היצרן LEICA כי המוצר שהוצע אינו עונה לאפליקציה במעבדה ולפיכך מסירה את השתתפותה במכרז. רצ"ב הודעתה.

לנוכח זאת הופך למעשה דגם TISSEU TEK G2 מתוצרת SAKURA לדגם היחיד העונה לפעילות במעבדה. ניתן לממש רכישת דגם זה באמצעות חבי פריגו תחת ההגדרה של ספק בלעדי לרכישה.

הצעת החברה וההבהרה המחודשת הינה לדגם שהוצע למכרז והמכשיר הספציפי הינו מתצוגה, מקובלת ומאושרת, כאשר התנאים שיינתנו יהיו בהתאם למכרז המחייב:

אחריות של לפחות 24 חודשים לכל דבר ועניין

ביצוע טיפול תקופתי בהתאם להנחיות היצרן כחלק בלתי נפרד מתקופת האחריות (רצ"ב התחייבות החברה מיום 20.1.16).

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתקים: ד"ר כנרת רוזנבלט  
מר ברונז לביא