

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(קריאה)
יחידה מזמינה:	כנס ה-3
תאריך:	25/01/16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095068755	SPECTRA OPTIA SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$225,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



27.1.16 14:52  
8" + 8" = 16"

211139  
209

נעים גאולה

מאת: דר גיל  
נשלח: 08:47 2016 ינואר 11 שני  
אל: נעים גאולה  
נושא: מכשור פלסמה פרייס FW:

בוקר טוב  
כנסי אליי עם החומר הרלוונטי והמו"מ  
שנהל עם אנשי בפקס

בברכה,  
גיל דר  
מנהל הרכש  
טל' 03-5307477

From: שדמי יורם, דר  
Sent: Monday, January 11, 2016 8:35 AM  
To: דר גיל  
Cc: לביא ברונז  
Subject: מכשור פלסמה פרייס

לשניכם שלום רב

בביה"ח 9 מכשירים מדגם COBE SPECTRA אשר הוכרז כדגם מושבת ע"י היצרן ואין יכולת להמשיך ולטפל במכשור עפ"י הנחיות היצרן.

תפקיד המכשור הינו החלפת פלסמה טיפולית או החלפת פלסמה ובנוסף מתן פלסמה לחולה ללא תאים. בנוסף איסוף תאי אב, סילוק גרנולוציטים מחולים עם לוקמיה, הכנת עירוי של גרנולוציטים מתורם על מנת לתת למטופל, הכנת תרומת לימפוציטים למושתלים וכו'.

פריסת המכשור בביה"ח הינה כדלקמן:

4 יח' בהמטואונקולוגיה מבוגרים (פרופ' אביחי שמעוני ופרופ' ארנון נגלר)

4 יח' בנק הדם - דר' מתי מנדל

1 יח' המטואונקולוגיה ילדים (פרופ' עמוס תורן)

נדרשת החלפה מיידית של המכשור הנ"ל על מנת לאפשר טיפולים עפ"י הנחיות היצרן מאחר ולמכשור המצוי בפועל לא ניתן לבצע טיפולים עקב חוסר בחלפים.

בבדיקה עם מנהלי היחידות בהן מצוי המכשור הנ"ל, הבהירו כולם כי הדגם המחליף הינו SPECTRA OPTIA תוצרת COBE (תכתובת במייל מצויה ברשותי).

יש, איפוא, להתארגן המירבית להחלפת כל 9 היחידות.

בהמשך לשיחתנו מהבוקר, הבהיר ברונז כי הוא מוכן לשקול 5 יח' ו-4 נוספות בשנה הבאה.

גיל הבהיר כי מבחינת המתכלים ניתן להוזיל באופן משמעותי את הרכישה באם מדובר בכמות של 9 יחידות.

אשר על כן מבקש משניכם לפעול לרכישת 9 יחידות במייד, מאחר והמכשור הקיים בפועל לא עבר טיפול על פי הנדרש ולא נוכל לערוב לתפקוד המכשור בהתאם לנדרש, שהינו ציוד שניתן להגדירו כתומך חיים וזאת עקב התוצר שהוא מאפשר טיפול לחולי ממאירויות המטולוגיות.

חוות הדעת יש/0434-2011 מיום 14.11.11 תקפה גם היום עבור כל האתרים. חוות הדעת נכתבה עבור בנק הדם אבל תקפה גם עתה ויכולה לשמש כחוו"ד של ספק יחיד לנ"ל.

ממתין לעדכון ולהתייחסות דחופה.

תודה

**בברכה,**

**ד"ר יורם שדמי**

**מנהל המחלקה להנרסה רפואית**

**מרכז רפואי שיבא**