

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור פריט	מק"ט	מס'
COBALT AVL VIDEO BATON 1-2 BLADE	1040005654	2
COBALT AVL VIDEO BATON 3-4 BLADE	1040006165	3
GLIDESCOPE AVL REUSABLE SYSTEM INCLUDE ROLLING STAND	1095074027	1

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290

ספק זה הינו:	ספק יחיד	ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$16,700 + מע"מ	
תקופת ההתקשרות	24 חודשים	

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

	עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לטשא זה.

בכבוד רב,

ענבר שושן	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס: 972-3-5303387

17 בפברואר 2016
מספרנו: עש/2016-0095
תיק: 6-1130, 2003

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: מלר"ד ילדים - חו"ד לרכישת וידאו-לרינגוסקופ לאינטובציות קשות

תכתובת מיום 07-08.02.16

1. נדרשת רכישת המערכת שבסדרון בכמות של 1 יח'.
 2. נדרשת רכישת מערכת המתאימה לשימוש בלהבים חד פעמיים לטיפול באוכלוסיית ילדים מגוונת החל ממספר חודשים ועד ילדים בוגרים.
 3. מומלץ לממש הצעת מחיר Q160454 של חברת בפקס לדגם GlideScope AVL תוצרת VERATHON. ההצעה כוללת 2 ראשים ללהבים חד פעמיים בגדלים שונים. יש לממש ההצעה במלואה.
 4. השימוש בלהבים חד פעמיים חיוני למלר"ד ילדים משיקולי מניעת זיהומים, חברת VERATHON הינה החברה היחידה המציעה להבים חד פעמיים לילדים מתחת למשקל 20 קילו הנדרשים על פי אוכלוסיית אגף הילדים.
- ראה תכתובת פרופ' אוגרטן מול חברת ברסלויער בנוגע לסדרי הגודל של הלהבים החד פעמיים המוצעים על ידי STORZ.
- בהתאם לכל הנאמר בסעיף זה ובהתאם למכתב פרופ' אוגרטן מיום 08.02.16, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה
העתק: פרופ' א. אוגרטן