

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות כ"ה ש"ס
יחידה מזמינה:	28.02.16
תאריך:	28.02.16

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059663	VIDEO GASTROSCOPE-GIF-Q165-EVIS EXERA 2

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,608.50 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

16 בפברואר 2016  
מספרנו: יש/2016-0090  
תיק: 1130-6, 3007

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.ו

נכבדי,

הנדון: מח' גסטרו ילדים – חו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ

דוא"ל דר' וייס מיום 11.1.16

במחלקת גסטרו ילדים מצויים בשימוש וידאוגסטרוסקופים דגם GIF-160 ודגם GIF-165 תוצרת חב' OLYMPUS בכמות כוללת של 3 יח'.

על מנת לאפשר רציפות בעבודה לנוכח העובדה כי משך בדיקת ילד כ-10 דקות וזמן הליך הסטריליזציה במכונה הינו 43 דקות, נדרש מכשיר רביעי נוסף, זאת על מנת לאפשר פעילות ללא צורך להמתין למכשור נקי.

מאחר ומדובר במערכת וידאואנדוסקופית מתוצרת OLYMPUS מחוייב לרכוש את כל מרכיביה מיצרן המערכת OLYMPUS. לא ניתן להצמיד מרכיבי מערכת מיצרנים שונים במערכות וידאואנדוסקופים.

יש לממש הצעת המחיר הרצי"ב, כאשר יש לראות את היצרן OLYMPUS ונציגתו בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום השימוש בפועל.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+סימוכין

העתקים: דר' בתיה וייס  
מר גיל דר