

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|--|----------------------|
| | משרד: |
| | יחידה מזמינה: |
| | תאריך: |

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|----------------------------------|
| 1 | 1095072021 | SIGNATURE ACT MACHINE 220V ELITE |
| | 8000109470 | ACT PLUS TUBE 45T |

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

| |
|---------------------------|
| עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי |
| |
| |
| |
| |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| שם הספק: | גאמידה בע"מ |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 511383374 |
| מספר ספק בשיבא | 1768 |
| ספק זה הינו: | _____ ספק יחיד ✓ _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 75,000 שח' + מע"מ |
| תקופת ההתקשרות | 24 חודשים |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

29 בפברואר 2016
מספרנו: יש/2016-0119
תיק: 1009, 1128

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: ט.נ. ניתוחי לב (ט.נ. בי) – חו"ד לרכישת מד קרישת דם

תכתובת בדוא"ל מיום 19.11.15

ביחי לטיפול נמרץ ניתוחי לב מצוי מד קרישת דם תוצרת ITC דגם 401 בכמות 1 יח'.

מכשיר זה תקול ואינו ניתן לתיקון עקב חוסר תמיכת היצרן בחלקי חילוף.

חב' ITC החלה לשווק דגם חדש בו דגימת הדם הנדרשת הינה 0.2ml (0.2cc) בלבד ומשך זמן הבדיקה עומד על 250 שניות בלבד (מחצית הזמן מהמכשיר הקיים).

מדובר בדגם Hemochron Signature Elite המבצע את מגוון הבדיקות הבאות באמצעות קיוטות ייעודיות לכל בדיקה. קיוטות ייעודיות אלה מהוות את הפריט המתכלה במכשיר.

מגוון הבדיקות המבוצעות במכשיר הינן:

- ACT (Activated Clotting Time) באמצעות קיוטה מסוג ACT-PLUS לנבדקים עם רמת הפריין הגבוהה מערך של 2.5Units/ml of blood וקיוטה מסוג ACT-LR (Low Range Activated Clotting) לנבדקים עם רמת הפריין הנמוכה מערך של 2.5Units/ml of blood

- APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) באמצעות קיוטות APTT

- PT (Prothrombin Time) – באמצעות קיוטות PT

הערה: כל קיוטה מכילה חומר הייחודי לבדיקה.

הבדיקה הרלבנטית לענייננו הינה ה-ACT לתחום של ההפריין, הרגיל (מעל 2.5Units/ml of blood).

למכשיר יכולת אגירה של 300 בדיקות ובדיקות בקרת איכות. יש יכולת הצמדת מס' זהות לבדיקה.

001/605017



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

הדגם החדש נבדק בפועל בחדר הניתוח לניתוחי לב ילדים ע"י דר' פרייסמן לבדיקות ה-ACT והובהר כי אכן משופר ומייעל הפעילות משמעותית עקב יתרונתיו בכמות הדם המזערית ובזמן הבדיקה הקצר.

בבדיקתנו לא נמצא מיכשור דומה מיצרן אחר שלו נתונים זהים לדגם Hemochron Signature Elite (בכמות דגימת הדם הנדרשת ובמהירות הבדיקה).

מומלץ לממש הצעת מחיר PQ16000111 של חב' גאמידה מיום 25.2.16 לדגם Hemochrom Signature Elite, בכמות 1 יח' (ולא כפי שרשום בהצעה).

על מנת לאפשר פעילות, יש לממש רכישת הקיווטות הייעודיות (פריטים מתכלים) עבור בדיקות ACT בתחום הרגיל - דגם ACT PLUS, בהתאם להצעת מחיר 15000265 למימוש פריטים מתכלים - פריט 1 בהצעה בכמות 20 יח', כאשר כל יח' מכילה 45 קיווטות.

הנתונים הנ"ל הינם לצריכה שנתית וייבדקו בתום השנה הראשונה.

יש לראות את היצרן ITC ונציגתו המקומית חב' גאמידה ספק בלעדי לרכישת הדגם הייחודי ולמתכלים על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים למיכשור מיום הקליטה בפועל ותינתן ספרות הפעלה ושרות.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' א. רענני
מר ג. דר