

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
יחידה מזמינה:	מחלקת פנימיים / יולדות
תאריך:	20103116

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל 

(יש לסמן X במקום המתאים)


אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095076667	BILIRUBIN METER JM-105 BARCODE SCANNER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

 לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	עמוס גזית
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510469893
מספר ספק בשיבא	2008
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	11,400 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

16 במרץ 2016
מספרנו : מב/2016-0149
תיק : 4001, 4002, 4503

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן

נכבדי,

**הנדון : מחלקת פגים/יילודים/פרויקט ביות -
חוו"ד לרכישת מכשירי מדידת בילירובין.**

- א. דוא"ל גב' אורנה רחמינוב מיום 9.03.16
ב. בקשת רכישה - ד"ר רמי מזכרת מיום 14.03.16

נדרשת רכישת מכשירי מדידת בילירובין עוריים-לא פולשניים בכמות של 3 יחידות, אשר ישמשו לבדיקת יילודים בשלוש תחנות ביות במחלקות ילדות א' + ב'.

בדיקת עודף בילירובין ביילודים על פי רמת הפיגמנט בפגיה בעורם, מבוצעת באמצעות מכשיר בילירובינומטר מדגם MJ-103 תוצרת "Drager", המצוי בכמות של 2 יחידות אשר נרכשו בשנת 2007. ההמלצה היא לרכישת מכשיר משודרג בעל סורק ברקוד מובנה (Scanner Barcode), אשר מאפשר זיהוי אוטומטי של פרטי היילוד ושמירת תוצאות המדידה בתיק היילוד המתאים בספריית המכשיר. קיימים כיום שני דגמי מכשור :

1. דגם MJ-105 החדש והמשודרג מתוצרת "Drager".

2. דגם BiliCare המקביל לו מתוצרת "Natus".

רצ"ב בנספח א' טבלת השוואת פרמטרים בין הדגמים.

מבדיקת נתונים מקיפה עולה כי קיים יתרון מובהק למכשיר בילירובינומטר מדגם MJ-105 תוצרת "Drager", בזיכרון פנימי גדול המאפשר לשמור עד 100 תיקי מטופלים, בפונקציית Patient Flagging המאפשרת להוסיף סימון מיוחד לפרטי ה-ID של היילודים הזקוקים למעבד צמוד, והחשוב מכל, ביכולת שידור אוטומטי של הנתונים השמורים בתיקי המטופלים במכשיר, לתיקי החולה במערכת הממוחשבת של ביה"ח (HL7).

בהתאם ליתרונות הברורים של המכשיר מדגם MJ-105, ניתן לראות את היצרן "Drager" באמצעות נציגתה חברת "עמוס גזית בע"מ", ספק יחיד לרכישה זו.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מומלץ לממש הצעת מחיר מחברת "עמוס גזית בע"מ", מספר 16Q02436 מיום 3.03.16.

למען הסר ספק, אין כיום דגם בשוק המתקרב לביצועי הדגם המומלץ מתוצרת חב' DRAGER. דגם זה מאפשר מעבר לתכונות שפורטו, קישוריות מהירה של נתונים לגליון ממוחשב של החולה ולפיכך ניתן לראותו כדגם בלעדי ואין לו מתחרה ברמה עולמית נכון לעת הזו.

יש לבקש ספרי שרות והפעלה.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים מיום קליטת המכשיר.

מקור תקציבי לרכישה תקציב ביה"ח הכללי.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : ד"ר רמי מזכרת
ד"ר ציפי שטראוס
גבי אורנה רחמינוב
גבי אורית הורוביץ
גבי טובה דוד