







**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

30 במרץ 2016  
מספרנו: יש/2016-0175  
תיק: 1114

לכבוד  
מר גיל דר  
כאן

נכבדי,

**הנדון: הצטיידות 2016 – חו"ד לרכישת מכונות הרדמה ומוניטור הרדמה**

- א. דוא"ל ברונו לביא מיום 30.3.16
- ב. דוא"ל דר' שדמי מיום 30.3.16
- ג. דוא"ל פרופ' ברקנשטט מיום 30.3.16
- ד. חו"ד עש/2016-0080

בסימוכין א' עד ג' הובהר הצורך בהחלפת דגמי ADU S/5 ו-ADU עקב הודעת היצרן כי דגמים אלה הוכרזו כ-E.O.L.

מאחר וניתן אישור תקציבי לרכישת כמות של 3 יח' השנה, ניתן לממש הרכישה בהתאם לסיומכין ד' הרצ"ב מאחר והינה תקפה גם עתה לכמות 3 יח'.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתקים: מר ברונו לביא  
פרופ' חיים ברקנשטט  
מר מאור לוי