

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	יק IVF
תאריך:	24/03/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040010274	מנדף MARS1800IVF ELECTRICAL WM1800DE
2	1040010282	מנדף MARS 1200IVF ELECTRICAL WM1200E

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיכל קפלנסקי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	א-רד מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514055565
מספר ספק בשיבא	35200
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	46,600 יורו+מע"מ

נעים גאולה

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

ברנגאוז-ברייטמן מאשה, דר
יום שני 14 מרץ 2016 15:36
נעים גאולה
שדמי יורם, דר; אורביטו ראוול, פרופ
RE: רכישת מנדפים ביולוגיים ל IVF
pdf.15796_מחיר

גילי שלום,
הצעת מחיר מצורפת,
הסעיף התקציבי יימסר ע"י פרופ' אורביטו המכותב על מיל זה
מאשה

From: נעים גאולה
Sent: Monday, March 14, 2016 3:32 PM
To: ברנגאוז-ברייטמן מאשה, דר
Subject: FW: IVF רכישת מנדפים ביולוגיים ל

מאשה שלום
אנא להעביר הצעת מחיר לנדרש ואישור תקציבי

From: קפלנסקי מיכל
Sent: Monday, March 14, 2016 2:30 PM
To: ברנגאוז-ברייטמן מאשה, דר; נעים גאולה
Cc: קיבלוביץ אלכסנדר
Subject: RE: IVF רכישת מנדפים ביולוגיים ל

שלום רב,
בהמשך לשיחות רבות בנושא, מברור עם בתי חולים אחרים בהם קיימים מנדפים מיוחדים ל-IVF, מסתבר כי המנדף היחיד שעונה על הדרישות הן הבטיחותיות והן התפקודיות הוא של חברת אל-רד. אי לכך אני מאשרת לרכוש את המנדף המוצע.

יש להכיר בספק זה כספק יחיד, היות והחברה עובדת בהתאם לתקנים, מנדפים מסוג זה משמשים במחלקות של IVF בבתי חולים נוספים לשביעות רצונם.

למען הסר ספק - בהצעתכם העברתם גם הצעה של חברת ADS למינר. יש לציין כי מנדפים אלה אינם ייעודיים ל-IVF, ההתקנים מוספים עליהם משבשים את פעולתם, ומוציאים אותם מאיזון. על פי חוות הדעת של המשתמשים בהם - אין דרך להתחייב על שמירה על הטמפ' היציבה, זרימות האוויר הנוצרות עקב ההתקנות המיוחדות ועקב חיתוך החלון הקדמי - גורמות למערבולות העלולות לשבש את העבודה הסטרילית במנדף.
- אי לכך מציעה לפסול את המנדף של חברה זו.

בברכה,

מיכל קפלנסקי
מחלקת הטיפוח והפרות
המרכז הרפואי שיבא.
טל' - 03-5303231, פקס' - 03-5303245



From: ברנגאוז-ברייטמן מאשה, דר
Sent: Monday, March 14, 2016 1:56 PM