

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרזה
יחידה מזמינה:	כ.י.ה. 885
תאריך:	12.04.16

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל 

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דובר
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$30,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 באפריל 2016
מספרנו: עש/2016-0183
תיק: 1-1111

לכבוד
מר גיל דר
כ.א.ן
נכבדי,

הנדון: בית החולים הכללי – חוו"ד לרכישת מכשור עירוני

1. לאור צורך דחוף במכשור עירוני במחלקות שונות בבית החולים וביניהן מרפאת הכאב ואונקולוגיה, נדרשת רכישה מיידית של 20 משאבות עירוני נפחיות.
לא ניתן להמתין עם השלמות דחופות אלו עד לסיום בניית תכנית ההצטיידות לשנת 2016 אך חובה כי סוג המכשור ייענה לכל דרישות בית החולים ולתכנון העתידי בהתאם למפורט במסמך זה.
 2. משאבות העירוני הנפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GP/GP PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.
 3. דגם GP PLUS (בגרסתו העדכנית) נותן מענה לדרישות העירוני הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסיעוד. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות במטרה לייצר שימוש נכון ובטיחות בכל בית החולים ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.
 4. בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות המלאה הנדרשת של 20 משאבות וולומטריות מדגם ASENSA GP PLUS תוצרת ALARIS, המיוצגת ע"י חב' דובר.
יש לכלול בהזמנה ספר הפעלה בכמות 1 יח'.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתק: מר ברונו לביא