

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	רובינשול
יחידה מזמינה:	ס.ס. נשיא
תאריך:	11.04.16

מדינת ישראל _____
 קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095060414	PATIENT WARMING SYSTEM-ALLON

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	MTRE
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512581943
מספר ספק בשיבא	12441
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$12,800 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

7 באפריל 2016
מספרנו: יש/2016-201
תיק: 1-1116, 1003

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: ט.נ. נשימת/פתיחת 2 מיטות - חו"ד לרכישת מכשיר חימום חולה
דוא"ל מיום 4/5.4.16

1. בהמשך לסימוכין (פריט 10) נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במכשיר אוטומטי לבקרת טמפ' (Core & Surface), המשמש לחימום חולים לאחר ניתוח.
3. החימום מבוצע באמצעות מלבושים ייחודיים כאשר טמפ' המים המשמשים לחימום ביציאה מהמכשיר הינה 38.5°C וטמפ' היעד של המטופל הינה 37°C.
4. המכשיר מסופק עם סנסור לטמפ' הגוף וסנסור לטמפ' העור לצורך בקרה על טמפ' המטופל.
5. המכשיר פועל עם ערכת צנרת חיבור למלבושים, שני סנסורים ופילטר חד-פעמי למים. מע' זו הינה ציוד סטנדרטי בח.נ בביה"ח והמתכלים נרכשים באופן סדיר עבור ח.נ מרכזי.
6. לאור האמור לעיל מומלץ לממש רכישת דגם ALLON תוצרת חב' מנן מדיקל (מק"ט 1095060414). המכשיר מסופק בצירוף קיט רב פעמי הכולל צנרת וחיישני טמפ'.
7. ניתן לראות את היצרן המקומי ספק בלעדי לרכישה עקב ייחודיות המלבושים הקיימים בביה"ח ועקב היותו חלוץ בתחום זה, כאשר הניסיון המצטבר בביה"ח הוכח כחיובי.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: ד"ר יעל חביב
גב' אורנה רחמינוב
גב' ניצה פאר