







**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

20 באפריל 2016  
מספרנו: עש/2016-0237  
תיק: 8004

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.ו  
נכבדי,

**הנדון: המעבדה למיקרוביולוגיה -  
חו"ד לרכישת מכשיר לזיהוי חיידקים ובדיקת עמידות  
לאנטיביוטיקה**

מכתביהם של דר' רם דולמן ודר' סמולן גיליאן מהמעבדה למיקרוביולוגיה

1. בהמשך לסימוכין, יש לרכוש המכשיר הנ"ל בכמות של 1 יח'.
2. מדובר במערכת לזיהוי חיידקים, בדיקת עמידות לאנטיביוטיקה, ספירת חיידקים ועוד המבצעת קריאה וניתוח אוטומטיים בהתאם לתקני FDA ועדכוני CLSI וכוללת בקרת איכות בהתאם לתקני JCI.
3. במעבדה מערכת שהוכרזה EOL ובהתאם עברה שדרוג תוכנה אחרון בשנת 2013. מטבע הבדיקה והשינוי המתמיד בעמידויות לאנטיביוטיקה, מערכת ללא תמיכה לא יכולה למלא את ייעודה באופן אמין ותקני.
4. יש לממש הצעת מחיר 155D01100 של חברת אלדן למערכת BIOMIC V3 תוצרת GILES Scientific. לא ידוע למשתמש על מערכת מתאימה נוספת ולכן יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל ולא ככתוב בהצעת המחיר.

בברכה

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעה + סימוכין

העתקים: דר' רם דולמן  
דר' סמולן גיליאן  
פרופ' נתן קלר