

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP
3	1095058350	DOCKING STATION F/ASENA-IDS
1	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' יורם שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דובר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ √ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

20 באפריל 2016
מספרנו: יש/2016-0240
תיק: 1,111-1,1016

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: ט.נ נוירוכירורגיה/פתיחת 2 מיטות – חו"ד לרכישת מכשור עירוני

דוא"ל מיום 20.4.16

1. בכדי לאפשר הוספה של 2 מיטות ליחידת הטיפול הנמרץ וצידון בכל הנדרש על פי סטנדרט היחידה, נדרשת רכישת מכשור העירוני על פי המפורט:

- א. 15 משאבות עירוני מסוג מזרק
- ב. 4 משאבות עירוני נפחיות
- ג. 2 מינשאים מדגם IDS 3X5

המכשור מיועד ליחידת הטיפול נמרץ אך חובה כי סוג המכשור ייענה לכל דרישות בית החולים ולתכנון העתידי בהתאם למפורט במסמך זה.

2. משאבות העירוני הנפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GP/GP PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.

משאבות העירוני מסוג מזרק הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GH GR PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.

3. הדגמים GP PLUS ו-GH GR PLUS נותנים מענה לדרישות העירוני הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסיעוד. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות במטרה לייצר שימוש נכון ובטיחות בכל בית החולים ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.

4. בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות המלאה הנדרשת של 20 משאבות מזרק מדגם ASENSA GH GR PLUS ו-8 משאבות נפח מדגם ASENSA GP PLUS תוצרת ALARIS המיוצגת באמצעות חב' דובר.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

5. רצ"ב הצעת חב' דובר מס' 16A0058 לרכישת מינשא (פריט ג'), אותה יש לממש לכמות 2 יח'.

הבהרה: לא ניתן לחבר המשאבות למינשאים מספק אחר, לכן יש לראות בחב' דובר ספק יחיד לרכישה זו.

יש לכלול בהזמנה ספר הפעלה בכמות 1 יח'.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' משה הדני
גב' אורנה רחמינוב
גב' ניצה פאר
גב' מלי זנדר