

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות ביה"ח קל-ה
יחידה מזמינה:	מח' א' קולוסיה
תאריך:	09/05/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095076931	RM6C AMA ABDOMINAL PROBE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ✓ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$14,570 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 במאי 2016
מספרנו : יש/2016-0256
תיק : 4011, 1125A

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן

נכבדי,

הנדון : יח' האולטראסאונד הגניקולוגי –
חוו"ד לרכישת מתמר אבדומינלי תוצרת GE

מתמר אבדומינלי, דגם RM6C, מס' סידורי 112238KR1, נשלח לתיקון עקב מכה בממברנה, חדירת אויר ואיכות תמונה ירודה.

נמצא כי המתמר ניזוק עקב חבלה ואין כדאיות כלכלית לתיקון. המתמר יושבת.

רצ"ב הצעת מחיר חב' אלדן לרכישת מתמר חדש בעיסקת טרייד-אין אותה מומלץ לממש.

כל מכשור האולטראסאונד ביח' לאולטראסאונד גניקולוגי הינו מתוצרת GE. לא ניתן לחבר למכשור מתמר מיצרן אחר זולת יצרן המכשיר. לפיכך ניתן לראות בחב' אלדן ספק יחיד לרכישה זו.

יש לדרוש אחריות של 24 חודשים למתמר כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר