

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הכרמל
יחידה מזמינה:	א.ז.ס אייקוסא
תאריך:	09/05/16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1040010043	ARM REAR CHANNEL MONITOR MOUNT
2	1095056875	MODULE ENTROPY
1	1095066668	ANAESTHESIA MACHINE SYSTEM AESPIRE VIEW COMPL

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ







**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

6. בהתאם לכל המפורט בסעיפים 3-5, מומלץ לראות ביצרון ובנציגו ספק בלעדי לרכישה. רכישת מכונות הרדמה ומוניטורי הרדמה תוצרת DATEX-GE היא הפתרון המתאים ביותר מבחינת טכנולוגיה, מבחינה קלינית ומבחינת תקשורת וניהול נתונים.

לשם הבהרה – ההתאמה והחיבור למערכות הניטור תוצרת DATEX-GE הפזורות ביחידות הסמוכות כרונולוגית לחדר הניתוח לא תתאפשר במידה ויירכשו מכונת הרדמה ומוניטור הרדמה מכל תוצרת אחרת.

7. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ16L00154 של חברת לבנט למכונת הרדמה דגם ASPIRE VIEW ומוניטור הרדמה דגם B850 תוצרת DATEX-GE. יש לרכוש פריטים 1-50 למכונת ההרדמה והמוניטור בכמות 1 יח' (ההצעה מנוסחת עבור 2 יחידות). בנוסף, נדרשת רכישת פריטים 55,56,57,67,68 בכמות של 1 יח' לכל פריט.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין

העתקים : פרופ' יצחק קרייס  
מר מאור לוי