

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(גברא) _____
יחידה מזמינה:	מכון הדק _____
תאריך:	07/06/16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095075404	LIVE 3D XMATRIX TEE TRANSDUCER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 23,409 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

7 ביוני 2016  
מספרנו: יש/0332-2016  
תיק: 7006-6, 1125A

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

**הנדון: מכון הלב/היח' לקרדיולוגיה לא פולשנית –**  
**חוו"ד לרכישת מתמר TEE תוצרת PHILIPS**

בשימוש היח' לאקו לב מתמר TEE, דגם X7-2T, מס' סד' B1CMHF, אשר ניוזק עקב נשיכות חזקות. כתוצאה מנשיכות אלו ישנן הפרעות בתמונה.  
עקב גודל הנזק, אין ודאות כי תיקון המתמר יצליח ולכן אין כדאיות כלכלית להשקיע בתיקונו. המתמר יושבת ובמקומו יש לרכוש חדש.  
רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מתמר חדש בעיסקת טרייד-אין אותה מומלץ לממש.  
יש לרכוש המתמר מיצרן המכשיר ולפיכך ניתן לראות את חב' מדטכניקה, נציגת היצרן PHILIPS ספק יחיד לרכישה זו.  
יש לדרוש תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר