

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הכריזות
יחידה מזמינה:	ח.י. 38 יום
תאריך:	23/06/16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040004525	X5-1 XMATRIX ARRAY PROBE

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$16,849 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

14 ביוני 2016  
מספרנו: יש/2016-0342  
תיק: 1125A, 3017

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.ן

נכבדי,

**הנדון: ח.נ. לב ילדים –**  
**חווי"ד לרכישת מתמר קרדיאלי מסוג METRIX תוצרת פיליפס**

כבל המתמר שבנדון, דגם X5-1, מס' סידורי B0F0PG ניזוק ממעיכה מגלגל המכשיר.  
המתמר נשלח לתיקון והוברר כי הנוק גדול, עלויות התיקון גבוהות ואין כדאיות כלכלית לתיקון.  
חבי מדטכניקה מציעה רכישת מתמר חדש בעיסקת טרייד-אין אותה מומלץ לממש, מאחר וזהה כלכלית לעלות התיקון ומדובר במתמר חדש ולא משופץ.  
לא ניתן לחבר למכשיר מתמר מיצרן שונה זולת יצרן המכשיר. לפיכך ניתן לראות בחבי מדטכניקה נציגת היצרן ספק יחיד לרכישה זו.  
יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר