

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	N. הכהן
יחידה מזמינה:	2172
תאריך:	18/04/16

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095077228	FLEXIBLE INTUBATION VIDEO ENDOSCOPE 5.5 X 65 SET FOR C-MAC C
1	1095077210	FLEXIBLE INTUBATION VIDEO ENDOSCOPE SET 4.0 X 65 CMOS TECHNO
6	1040010803	PROSHIELD PROTECTION TUBE FOR FLEXIBLE OPTICS
5	1040010795	ADAPTOR FOR STANDARD EQUIPMENT RAILS
4	1040010787	HOLDER FOR FLEXIBLE ENDOSCOPES
3	1040010779	PLASTIC CONTAINER FOR FLEXIBLE ENDOSCOPES

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5 ביולי 2016
מספרנו: יש/2016-0383
תיק: 1002, 1130-6

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' הרדמה – השלמת מע' וידאו-לרינגוסקופ לאינטובציות קשות

דוא"ל פרופ' ברקנשטט מיום 2.6.16, 5.7.16
דוא"ל שלך מיום 2.6.16

בשימוש מח' הרדמה מע' וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות שנרכשה בעקבות מכרז
מז/11599162 מחב' STORZ דגם CMAC הכולל את הלהבים הבאים:

- להב למבוגרים מסוג B BLADE
- להב לילדים מסוג B BLADE
- להב מסוג MILLEA גודל 0

מע' CMAC כוללת מע' וידאו המאפשרת בנוסף ללהבים הנ"ל חיבור של וידאו ברונכוסקופ
גמיש לשימוש המרדמיים.

היתרון שבשימוש וידאו ברונכוסקופ גמיש זה הינו במיקום המצלמה (CCD UNIT) המצוי
בקצה הדיסטלי של הברונכוסקופ, מצב המאפשר קבלת תמונה ברזולוציה גבוהה מאוד,
כאשר חדות התמונה מעולה (מצב שלא ניתן להשוואה לברונכוסקופ פיבראופטי בו
המצלמה אינה בקצה הדיסטלי).

ברונכוסקופ זה כולל מקור אור מסוג LED המובנה בו (אין צורך במקור אור חיצוני + כבל
פיבראופטי).

בבירור עם נציגת היצרן בארץ חב' ברסלויער הובהר כי השלמת יח' קצה של וידאו
ברונכוסקופ מחייבת רכישת הפריטים הבאים (הכלולים בהצעה מס' 37585 מיום 4.2.16):

- וידאו ברונכוסקופ גמיש דגם CMOS, מק"ט 11302BDXK בעל קצה דיסטלי בקוטר 4
מ"מ – מיועד למיקום טובוס מפוצל (פריט 1 בהצעה).

- וידאו ברונכוסקופ גמיש דגם CMOS, מק"ט 11301BNXX בעל קצה דיסטלי בקוטר 5.5
מ"מ – מיועד לאינטובציות קשות בחולים ערים (פריט 2 בהצעה).

- מיכל אחיזה להליך עיקור (בכמות 2 יח' לכל ברונכוסקופ) (פריט 3 בהצעה).

- מעמד לאיחסון הברונכוסקופ ע"ג עגלה (פריט 4).



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- מתאם המעמד לאיחסון לעגלה (פריט 5).
 - פריט ייצוב מעמד האחסון כדי למנוע נזק לברונכוסקופ (פריט 6).
 - מומלץ לממש ההשלמה המבוקשת ע"י פרופ' ברנקשטט ודר' אורקין.
- למען הסר ספק לא ניתן לממש ההשלמה מיצרן חלופי זולת חב' STORZ יצרן המכשיר הקיים בפועל בשימוש המרדדימים בחדר הניתוח.
לפיכך ניתן לראות את היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.
תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : פרופ' ח. ברקנשטט