

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הסניף החדש של
יחידה מזמינה:	אסן אונקולוגי-ג'י'ת ארבינסקי
תאריך:	17.01.16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1098109440	.FRAMELESS SRS CT/ANGIO LOCALIZER & TARGET POS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אי.אס.אי
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520030784
מספר ספק בשיבא	1102
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,117 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

11 בינואר 2016  
מספרנו: יש/2016-0015  
תיק: 7002

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

**הנדון: מכון אונקולוגיה/היח' לרדיוכימיה -  
חוו"ד לרכישת ממקס סטריאוטקטי**

דוא"ל דר' אלעזרא מיום 4.1.16

בהמשך לסימוכין מדובר בקופסת פרספקס (להלן "ממקס") המשמשת למיקום סטריאוטקטי. הקופסא כוללת שנתות מדוייקות.

הקופסא ממוקמת על ראש המטופל לצורך תכנון ההליך הסטריאוטקטי.

הקופסא הונחה לאחר הליך ה-CT ע"ג שולחן החולה שהיה גדול מימדים ותוך כדי העברתו משולחן הבדיקה למיטה הוא דחף את הקופסה שנפלה, נשברה וניזוקה נזק מוחלט (רצ"ב תמונות).

מדובר במרכיב של מע' סטריאוטקטית מתוצרת חבי' BRAINLAB ולפיכך מחוייב לרוכשו מיצרן זה מהיבט אינטגרטיבי. לא ניתן לרכוש הפריט מיצרן חלופי.

רצ"ב הצעת מחיר אותה מומלץ לממש.

אין כיסוי ביטוחי לנזק.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: דר' זרור אלעזרא