




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: <u>16822</u>	יחידה מזמינה: <u>MRI</u>
מחות הרכישה: <u>קופייה למכירת Emerald</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>25,000 ₪</u>	ערך בשקלים: _____
ספק פוטנציאלי: <u>אפטימיקה</u>	


הוועדה התכנסה בתאריך 12.6.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רויח שגלי ברזאב


שמואל שמר


עוייד רות פרי


יוסי שחר

2.6.216

ד"ר אורית גולן
מ.ר. 3294

לכבוד
ועדת רכישה

כאן

א.ג.ב.

הנדון: ציוד מתכלה למכשיר EMERALD – ביופסיה שד

1. בתאריך 11.02.07 סופק מכשיר EMERALD BREAST BIOPSY מתוצרת HOLOGIC חברת מדטכניקה.
2. הבדיקות נערכות כמסמך MRI
3. למכשיר זה יש צורך בציוד מתכלה לביצוע ביופסיה בהכוונת MRI:
 - א. מריט ראשון LOTATEC0914-20MR – ערכה לביופסיה כולל: מחט וקניסטור
 - ב. מריט שני 13MR – LORTD – סמן המיוחד בשיום הביופסיה ב-MR
 - ג. המריט השלישי 20 – LORILS0912 ערכה להחדרת מחט בזמן הביופסיה.
4. לאור האמור לעיל יש לאשר את רכישת הקיטים הנ"ל מחברת מדטכניקה. רק לספק זה יש את הקיטים.
5. נא אשרו את הספק מדטכניקה – יצרן HOLOGIC כספק יחיד לקיטים עבור המכשיר הנ"ל.

ד"ר אורית גולן
מ.ר. 3294

ד"ר גרלן אורית
מ"מ מנהלת
מרכז הדמיית השד