

1789/2/2016



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

אל: ועדת המכרזים

| | |
|---------------|----------|
| משרד: | חקלאות |
| יחידה מזמינה: | הגה"ץ |
| תאריך: | 07.02.16 |

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

המעבדה לביולוגיה מולקולרית מבצעת זיהוי פטריות, חיידקים ווירוסים בחומר צמחי נגוע בפתוגנים, לצורך פעולות הזיהוי יש להשתמש בראגנטים (קיטים) של **Maxime Rt-Pcr Premix** שמונעים זליגה לסביבת המעבדה וצמצום זיהומים של שטחי העבודה ומאפשרים **robustness** והדירות בתוצאות. ראגנטים אלו משווקים על ידי חב' טלרון ביוטק בע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|------------------------------------|--|
| שם הספק: | טלרון ביוטק בע"מ |
| מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה) | 513472290 |
| ספק זה הנו: | <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ <input type="checkbox"/> <u>ספק יחיד</u> |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 29,609.19 ש"ח כולל מע"מ |
| תקופת ההתקשרות: | 01-01-2016 ועד 01-01-2017 |

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

המעבדה לביולוגיה מולקולרית מבצעת זיהוי פטריות, חיידקים וירוסים בחומר צמחי נגוע בפתוגנים, לצורך פעולות הזיהוי יש להשתמש בראגנטים מהסוג ואיכות גבוהה המתאימים לעבודה השוטפת במעבדתנו המחייבים מניעת זליגה לסביבה, צמצום הצורך בפפטיזיה והעברת הראגנטים פעמים רבות. הריאקציה הכימית מאפשרים פעולה עם מגוון רחב ביותר של חומצות גרעין ממטריקסים שונים של צמחים, בתדירות גבוהה בקבלת התוצאות, האנזימים של שלב ה-**Reversed Trasncription** מאפשרים הדגרה בטמפרטורה מעל 42 ללא פגיעה משמעותית בתוצרים, הראגנטים כוללים **RNAse Inhibitor** המונע דגרדציה (התפרקות) של **RNA** במהלך התגובה. דרישות אלה הן מחויבות לפי תקן ה-**ISO** והתקנים הבין-לאומיים. ראגנטים אלו משולבים בתהליכי העבודה שנקבעו ואושרו לטובת **iso 17025** ע"י הרשות להסמכת מעבדות, לא ניתן לשלב ראגנטים אחרים בהליך זה. שילוב ראגנטים אחרים יגרום צורך בשינוי כלל ההליך. הראגנטים של חברת טלרון ועל סמך הבדיקה שלנו הם היחידים המאפשרים עבודה בטמפרטורה מעל 42 מעלות בשלב **RT** וכוללים **RNAse inhibitor** ומניבים תוצאות הדירות מ-**RNA** של מטריקסים צמחיים. חב' טלרון ביוטק בע"מ הינה הספק היחיד שיכול לשווק לנו את ראגנטים במבחנות סגורות.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
|  | מנהלת תחום ביולוגיה מולקולרית | אמה טברובסקי |
| חתימה | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |