

1778/2/2016



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2  
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	החקלאות
יחידה מזמינה:	המכון הוטרינרי
תאריך:	10.01.16

אל: ועדת המכרזים  
**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)**  
**AgPath-ID One-Step RT-PCR Kit , 1000 Rxn, APPLIED BIOSYSTEMS, RHENIUM cat.# 4387391**

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא  
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)  
 טובין X  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	ריון
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	511642449
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	186,120.- ש"ח כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)**

נא להתייחס לסעיפים הבאים:  
 1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

## שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1


פרק משני: פטור ממכר

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>1. חברת רניום הינה הספק היחיד למוצר זה בארץ. מידע זה מסתמך על חיפוש המפצים של המוצר בארץ באינטרנט.</p>
<p>2. הקיט המבוקש נחוץ לפעילות המחקרית והאבחונית לשם זיהוי נגיפי שפעת וניוקסל בעופות. הקיט נבדק לרגישות ואמינות ועבר ולידציה, ובעקבות התאמתו לדרישות הבדיקה – הוא נכלל בהוראות ה- ISO 17025 של המעבדה לשפעת וניוקסל בחטיבה למחלות עופות ודגים.</p>
<p>3. השימוש בקיט כלול במערך הבדיקות הבינלאומי בניהול OIE(WHO) שבו המעבדה לשפעת וניוקסל בחטיבה למחלות עופות ודגים משתתפת כבר 6 שנים בהצלחה רבה, והוא חלק מהדרישות הצולבות הבינלאומיות.</p>
<p>4. השימוש בקיט זה מומלץ על ידי חברת AppliedBiosystems יצרני מכשיר Real-Time PCR המשמש לצורך אבחון במעבדה לשפעת וניוקסל ונותן את התוצאות האמינות והרגישות ביותר. לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכר.</p>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

 חתימה	<p>מנהל חטיבה למחלות עופות</p> <p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>ד"ר אבישי לובלין</p> <p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>
--	---	---