





אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


מס' ועדה: <u>161711</u>	יחידה מזמינה: <u>חדר ניתוח נירוכירורגיה</u>
	מהות הרכישה: <u>מערכת לקטוסורב</u>
ערך בשקלים: _____	סכום הרכישה מטבע ספק: <u>300,000 ש"ח (כולל מע"מ)</u>
	ספק פוטנציאלי: <u>בפקס</u>


הוועדה התכנסה בתאריך 12.4.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רוי שירי בר זאב


שמואל עמר


עוי"ד רות פרי


יוסי שחר



תאריך: 29.3.2016

לכבוד
ועדת מכרזים, כאן

שלום רב,

הגדרה: מערכת LactoSorb® SE

המערכת מיועדת לניתוחים בתחום הכירורגיה הקרניו-פציאלית.
למיטב ידיעתי זוהי המערכת היחידה אשר קצב ספיגת הפלטות (עד שנה) מוכח קלינית.
לפלטות המערכת חוזק זהה לחוזקן של פלטות טיטניום בזמן הנחתן לאחר כ-8 שבועות, 70% מחוזקן עדיין נשמר.

המערכת מיועדת לאינדיקציות הבאות:

- Infant craniofacial surgery
- Pediatric reconstructive procedures
- Pediatric mid-face and craniofacial trauma
- Craniotomy flap fixation
- Brow-lift procedures
- Bone-graft procedures in the mid-face, mandible or craniofacial skeleton
- Trauma and reconstructive procedures of the mid-face or craniofacial skeleton, including frontal, parietal, temporal sphenoid and occipital bones
- Fractures of the maxilla, zygoma, zygomatic arch, orbital rim, frontal sinus wall, nasal, ethmoid and lacrimal bones
- Iliac crest graft cover
- Mandibular osteotomies
- Tumor reconstruction in the mid-face or craniofacial procedures
- Lefort fractures (I, II, III)

על בסיס הידע שנצבר בח.נ. וממכרזים מקבילים נוספים בארץ ובעולם, מדובר במערכת בעלת תכונות ייחודיות לאינדיקציות הנ"ל, ולכן אבקש לאשרה כספק יחיד ובלעדי למקרים הנדרשים.
אבקש לאשר את חברת בפקס, יצרנית המוליכות כספק יחיד לטובת העניין.

בברכה,

פרופ' שלומי קונסטנטיני
מנהל המחלקה לנירוכירורגית ילדים

Lactosorb SE 290316.doc
Sc/lk