

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

10 במרס 2016

לכבוד
ועדת רכישות
כאן
שלום רב,

הנדון: החלפת חדר אנגיו מספר 1 ביחידה לרדיולוגיה פולשנית - אנגיוגרפיה

ביחידת אנגיוגרפיה במרכז הרפואי איכילוב קיימות 3 מערכות אנגיו מדגם 'Allura Xper FD20 מתוצרת חברת Philips.

שתי מערכות מבין השלוש שודרגו במהלך שנת 2015 למערכות מופחתות קרינה (Clarity) יחד עם חדרי הצנתורים וחדר היברידי בחדר ניתוח.

המערכת השלישית במערך האנגיו, מדגם 'Allura Xper FD20 המותקנת בחדר מספר 1 הינה בטכנולוגיה ישנה מאוד (מבחינת חומרה ותוכנה) שלא מאפשרת שדרוגה למערכת מופחתת קרינה (Clarity).

לפיכך, המלצתי להחליף חדר מספר 1 במערך האנגיוגרפיה ובכך להשלים מהלך בו כל מערך הרדיוגרפיה ההתערבותית, כולל מערך הצנתורים, אנגיו וחדר היברידי בחדרי הניתוח, יהיו מופחתי קרינה.

לפי ועדה מקצועית ד"ר יצחק קורי מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית מרכז רפואי ת"א ביחידתנו קיימים שני חדרי אנגיו של חברת פיליפס אותם צוות הרופאים והרנטגנאים מכיר היטב, החל מצורת רכישת הצילומים וכלה בשליחתם לפאקס (תהליך מורכב מאד). אני רואה בעיתיות גדולה מאד בהכנסת מערכת שונה אשר תצריך לימוד "שפה" נוספת ע"י הצוות.

בנוסף, יש לקחת בחשבון שהכנסת מערכת של חברה אחרת, תצריך בהמשך עבודה מול שתי ספקיות שרות שונות. והמלצה לשדרוג המערכת למערכת קיימת ביחידה. במקרה זה, המכשיר של חב' PHILIPS הוא ייחודי העונה על כל דרישות המשתמש.

לפיכך יש לראות בחב' MEDTEHNIKA (יצרן PHILIPS) ספק יחיד במקרה זה.

בברכה,
שמריה מוזיקאנט
ראש מדור מכשור חדמיה