

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(מכשירי סי"מ ליפ"א)
יחידה מזמינה:	מכונן אסטרו
תאריך:	17.01.16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059549	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H-180

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.ב. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	19,862 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 בינואר 2016
מספרנו: יש/2016-0016
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון גסטרו – חוו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ

המכשיר שבנדון, דגם GIF-Q145, מס' סד' 2405116, תוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון עקב דליפה.

חברת מדטכניקה נציגת היצרן הבהירה כי מכשיר מדגם זה יצא משירות יצרן ואינו בר תיקון. החברה העבירה הצעה לרכישת מכשיר חדש דגם GIF-H180J בעיסקת טרייד-אין, עם הנחה של 50% עקב היות המכשיר המושבת תחת חוזה שרות.

מומלץ לממש הצעת החברה הרצי"ב ולסכם עלות הרכישה בהתאם להסכם חוזה השרות שנחתם עם החברה.

במכון הגסטרו מכשור מתוצרת OLYMPUS. לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: פרופ' א. אליקים