

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הגה-זות)
יחידה מזמינה:	מכון הדק
תאריך:	07/06/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095075404	LIVE 3D XMATRIX TEE TRANSDUCER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 23,409 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

7 ביוני 2016
מספרנו: יש/2016-0332
תיק: 7006-6, 1125A

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון הלב/היח' לקרדיולוגיה לא פולשנית –
חוו"ד לרכישת מתמר TEE תוצרת PHILIPS

בשימוש היח' לאקו לב מתמר TEE, דגם X7-2T, מס' סד' B1CMHF, אשר ניזוק עקב נשיכות חזקות. כתוצאה מנשיכות אלו ישנן הפרעות בתמונה.

עקב גודל הנזק, אין ודאות כי תיקון המתמר יצליח ולכן אין כדאיות כלכלית להשקיע בתיקונו. המתמר יושבת ובמקומו יש לרכוש חדש.

רצ"ב הצעת חבי מדטכניקה לרכישת מתמר חדש בעיסקת טרייד-אין אותה מומלץ לממש.

יש לרכוש המתמר מיצרן המכשיר ולפיכך ניתן לראות את חבי מדטכניקה, נציגת היצרן PHILIPS ספק יחיד לרכישה זו.

יש לדרוש תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר