

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	ק"ח שיבא / מל"ה הרפואי
יחידה מזמינה:	אכ"פ ע"מ
תאריך:	16.08.14

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059549	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H-180

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	19862 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

7 באוגוסט 2016  
מספרנו: יש/2016-0433  
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

**הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ**

המכשיר שבנדון, דגם GIF-Q145, מס' סד' 2304647, תוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון עקב דליפה.

חברת מדטכניקה נציגת היצרן הבהירה כי מכשיר מדגם זה יצא משירות יצרן ואינו בר תיקון. החברה העבירה הצעה לרכישת מכשיר חדש דגם GIF-H180J בעיסקת טרייד-אין, עם הנחה של 50% עקב היות המכשיר המושבת תחת חוזה שרות.

מומלץ לממש הצעת החברה הרציב ולסכם עלות הרכישה בהתאם להסכם חוזה השרות שנחתם עם החברה.

במכון הגסטרו מכשור מתוצרת OLYMPUS. לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: פרופ' א. אליקים