

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1040005654	COBALT AVL VIDEO BATON 1-2 BLADE
3	1040006165	COBALT AVL VIDEO BATON 3-4 BLADE
1	1095074027	GLIDESCOPE AVL REUSABLE SYSTEM INCLUDE ROLLING STAND

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

17 בפברואר 2016
מספרנו: עש/2016-0095
תיק: 6-1130, 2003

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: מלר"ד ילדים - חו"ד לרכישת וידאו-לרינגוסקופ לאינטובציות קשות

תכתובת מיום 07-08.02.16

1. נדרשת רכישת המערכת שבנדון בכמות של 1 יח'.
 2. נדרשת רכישת מערכת המתאימה לשימוש בלהבים חד פעמיים לטיפול באוכלוסיית ילדים מגוונת החל ממספר חודשים ועד ילדים בוגרים.
 3. מומלץ לממש הצעת מחיר Q160454 של חברת בפקס לדגם GlideScope AVL תוצרת VERATHON. ההצעה כוללת 2 ראשים ללהבים חד פעמיים בגדלים שונים. יש לממש ההצעה במלואה.
 4. השימוש בלהבים חד פעמיים חיוני למלר"ד ילדים משיקולי מניעת זיהומים, חברת VERATHON הינה החברה היחידה המציעה להבים חד פעמיים לילדים מתחת למשקל 20 קילו הנדרשים על פי אוכלוסיית אגף הילדים.
- ראה תכתובת פרופ' אוגרטן מול חברת ברסלויער בנוגע לסדרי הגודל של הלהבים החד פעמיים המוצעים על ידי STORZ.
- בהתאם לכל הנאמר בסעיף זה ובהתאם למכתב פרופ' אוגרטן מיום 08.02.16, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתק: פרופ' א. אוגרטן