

משרד:	מרכז רפואי אסף הרופא
יחידה מזמינה:	המרכז הלאומי לרפואה משפטית
תאריך:	27/7/16

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
<b>רכישת רובוט להפקת דנ"א מעצמות</b>

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510848690
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	25,705.52 יורו כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

<p>המעבדה הביולוגית במכון הינה היחידה בארץ העוסקת בזיהוי אלמונים עפ"י בדיקת דנ"א משרידי שלד. תחום זה הינו רגיש ובעייתי הן מהפן המדעי והן מהפן של משפחות הנעדרים החיות שנים רבות בחוסר ודאות וחרדה לגבי העדר יקירם. עד היום, באמצעים הקיימים, לא ניתן היה להפיק דנ"א מכל העצמות שנבדקו. באמצעות הרובוט המבוקש, הצלחנו במעבדה לפתור מקרים קשים שלא נפתרו בעבר.</p> <p>רובוט זה מתבסס על שיטה מדעית הנקראת סיליקה ג'ל שאינה קיימת באמצעים הקיימים היום. בנוסף השימוש ברובוט מונעת זיהומים משניים אשר תחום זה כה רגיש לו.</p> <p>לדעתי, רכישת רובוט זה תשנה משמעותית את יכולותיה של המעבדה בזיהוי אלמונים.</p>
<p><b>חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ</b>, הינו הספק היחיד של חברת <b>QIAGEN</b> (מצ"ב אישור החברה)</p>
<p><b>למיטב ידיעתי קולונות המכילות סיליקה ג'ל קיימות רק במערכת של חברת QIAGEN אשר מיוצגת ע"י חברת אלדן .</b></p>
<p>הרובוט היה במעבדה במשך חודש לצורך בדיקתו והוכח כי יעילותו גבוהה יותר בקבלת פרופיל גנטי ומכאן יכולתו לזיהוי אלמונים טובה יותר .</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר מיה פרוינד	מנהלת המעבדה הביולוגית	מיה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה