

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059937	CARDIAC/EP STIMULATOR MODEL: EPS-320

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדוד בכר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

אלדן	<b>שם הספק:</b>
510848690	<b>מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה</b>
1148	<b>מספר ספק בשיבא</b>
_____ ספק חוץ	<b>ספק זה הינו:</b>
_____ ספק יחיד	<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
\$21,500 + מע"מ	<b>תקופת ההתקשרות</b>
24 חודשים	





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

16 באוגוסט 2016  
מספרנו : דב/2016-0455  
תיק : 5-1130, 7006

לכבוד  
מר ברונו לביא  
נא

נכבדי,

**הנדון : מכון הלב/יח' אלקטרופיזיולוגיה – חו"ד לרכישת סטימולטור דיגיטלי**  
א. דוא"ל פרופ' גליקסון מיום 9.8.16  
ב. דוא"ל מר גיל דר מיום 16.8.16

בהמשך לסימוכין א' נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

הסטימולטור מיועד למיפוי מדויק (באמצעות גירוי חשמלי) של מערכת ההולכה החשמלית של הלב ותכנון לפני ביצוע צריבה של מוקדים המפריעים לתקינות מערכת ההולכה.

ב 2 חדרי אלקטרופיזיולוגיה שבצנתורים מותקנים סטימולטורים על פי החלוקה הבאה :

בחדר מס' 1 – סטימולטור ישן (אנלוגי) מדגם UHS-20 תוצרת BIOTRONIC (נרכש בשנת 2002) והוא מיועד להעברה לחדר מס' 3.

בחדר מס' 3 – סטימולטור חדיש יותר (דיגיטלי ומבוסס מחשב) מדגם EPS-320 תוצרת MICROPAGE (נרכש בשנת 2008) והוא מיועד להעברה לחדר 2 (המשודרג כעת).

פרופ' גליקסון מבקש לרכוש סטימולטור נוסף מדגם EPS-320 אשר יחליף את הסטימולטור האנלוגי והמיושן. המכשיר החדש שיירכש יותקן בחדר 2. הסטימולטור הנוסף מדגם זה משנת 2008 יישאר בחדר מס' 3 ואילו המכשיר האנלוגי המיושן יושבת.

מבדיקה הסתבר כי דגם הסטימולטור הנ"ל הינו המוביל כיום בתחום.

מעבר לעבודה עם סטימולטור זה, יאפשר נוחות ודיוק בפעולות צריבה.

הסטימולטור מסונכרן עם גל ה-ECG המופיע בתצוגה, ממוחשב ובכך מסייע על ביצוע פעולות מורכבות.

רצ"ב הצעת מחיר מחבי אלדן אותה מומלץ לממש ובכך להשלים את הנדרש עבור חדר מס' 2 לחדר המוביל בתחום.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

לדגמי הסטימולטורים הקיימים בשוק אין היכולת להצגת גל ה-ECG. לפיכך ניתן לראות בדגם המוצע ע"י חבי אלדן דגם יחידי וייחודי ולראות ביצרן ונציגותו המקומית ספק יחיד לרכישה.

**הבהרות:**

א. עלות המכשיר תהיה 21,500 דולר + מע"מ (ראה סימוכין ב').

ב. יש לדרוש תקופת אחריות של 36 חודשים מיום השימוש בפועל.

ב ב ר כ ה ,

בכר דוד

מ"מ סגן מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+סימוכין

העתק : פרופ' מ. גליקסון