

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור פריט	מק"ט	מס'
VENTILATOR UNIT COMPLETE MODEL: C2	1095065223	

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

(סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	16,000 פרי"ש + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים
ספק חוץ	_____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7 בינואר 2016
מספרנו: יש/2016-0011
תיק: 7012, 1115

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: חוו"ד לרכישת מכשיר הנשמה

בנפרולוגיה היה בשימוש מכשיר הנשמה דגם C2 תוצרת חב' HAMILTON, מס' סד' 4946 שניזוק ממני דיאליזה.

המכשיר נשלח לתיקון לסוכן היצרן בארץ חב' בפקס.

עלות התיקון עומדת ע"ס CHF 10,149.52, כאשר עלות מכשיר חדש עומדת ע"ס CHF 18,000 ובעסקת TRADE-IN CHF 16,000. הנזק כולל את כל המערכת האלקטרונית במכשיר.

לנוכח עלות הנזק הגבוהה (להוציא סנסור חמצן שעלותו CHF 253), אין כדאיות כלכלית לממש התיקון המהווה כ-64% מעלות חדש.

המכשיר הניזוק יושבת ותחתיו יירכש מכשיר חלופי בעסקת TRADE-IN בהתאם להצעת מחיר Q160029 של חב' בפקס, מיום 4.1.16, כפוף לתנאי הרכישה שסוכמו לגבי עלות מכשיר חדש ממנה ינוכה סך ה-TRADE-IN.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת