

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הק"א, א"ר, ג"ח, ר"מ
יחידה מזמינה:	ל(שסצ יום כירורג)
תאריך:	2/02/16

קרן מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
6	1008889016	חלפים ותיקונים- בדולר
3	1040010027	ICENTRAL LICENSE FOR 4 MONITOR CONNECTIONS L-NE
2	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
5	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
4	1095070504	מוניטור נייד דגם B450
1	1095075347	B650 V2 FRAME WITH TOUCHSCREEN

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שירותים \_\_\_\_\_

טובין \_\_\_\_\_





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

31 בינואר 2016  
מספרנו: עש/2016-0066  
תיק: 1001A, 1120-9

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן  
נכבדי,

**הנדון: בינוי 2016/ התאוששות אשפוז יום כירורגי –**  
**חווי"ד לרכישת הרחבה למערכת ניטור מודולרית מרכזית**  
בינוי 2016

1. בהמשך לסימוכין ותוספת של 3 חדרי ניתוח למערך אשפוז יום, נדרשת הרחבה למערכת הניטור הקיימת.
2. המערכת הקיימת כוללת את המרכיבים הבאים:
  - א. מוניטור מודולרי מסוג BedSide – בכמות 8 יח'.
  - ב. תחנה מרכזית מסוג Central Station – בכמות 1 יח'.
3. הרחבת המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:
  - א. מוניטור מודולרי מסוג BedSide – 4 יחידות:
    - 1) כל מוניטור יכלול את הפרמטרים הפיזיולוגיים הבאים:  
ECG, HR, IBP, NIBP, SpO2, ETCO2, TEMP, R.R.
    - 2) כל מוניטור יסופק עם מתלה קיר ייעודי וכל האביזרים הנדרשים לחיבור למטופל.
    - 3) עלות ההרחבה וההתקנה יכללו חיבור המוניטורים לתחנה המרכזית הקיימת.
  - ב. מוניטור מודולרי נייד – 2 יחידות:
    - פרמטרים לניטור זהים למוניטורים הנייחים.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

4. מצורפת הצעת מחיר PQ15L01706 של חב' לבנט לרכישת הרחבה למעי ניטור מודולרית מרכזית.

בנוסף, יש להדגיש כי ההצעה כוללת התקנת המתלים, התקנת רשת וחיבור כל ה-BedSide Monitors אל ה-Central Station באמצעות כבילה שתהיה בתוך תעלות מסומנות כדי לאפשר טיפול בעתיד באופן קל ונוח אם המצב יחייב זאת.

מומלץ לממש הצעת המחיר על כל סעיפיה.

5. קיים צורך והכרחי לרכוש מעי ניטור מודולרית מרכזית מתוצרת GE-DATEX לנוכח הצורך בקורלציה עם המכשור המצוי בחדר הניתוח מכל ההיבטים (תקשורת עם התחנה המרכזית, העברת מודול בין המוניטורים ללא איבוד מידע וכ"ו).

בהתאם לכך, ניתן ומחוייב לראות את חב' GE ונציגותה המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך. לשם הדגשה, אין יצרן אחר זולת GE שלו יכולת קורלציה עם המכשור המצוי בשימוש בח.נ. אשפוז יום כירורגי.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל ממועד סיום ההתקנה ואישור המשתמש לתקינות המערכת.

בברכה

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעה

העתקים : פרופ' משה רובין  
מר מאור לוי  
מר מסארווה נדים