

צ'י'ל - ע'פ' 2016/59

ט/ס 31

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

מ? / 1699400

תל- השומר

פניה לועדת המכרזים בענין פטור ממכרז

1. לצורך רכישה: מס' (שם) מיקום פנינו לחברת: מפ"ע וקבלנו הצעתה

בסד: מס' 19878 (הסכום ב- ש"ח, לפי שער: 4 הוא: 77,111.97 מס' 9999 כ- מס' 16

2. הרכישה האחרונה בוצעה בתאריך: _____ מחברת: _____ בסד: _____

3. אנו מבקשים אישור לפטור ממכרז, מהסיבות המפורטות להלן: -

תאריך: 27.6.16 שם החותם על חו"ד: מ' א' א' א' א' א' תפקיד: מפקד חתימה: א' א' א' א' א'

9/16
3/2

פרטי- כל מס' _____

בתאריך: _____ דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן: -

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מח' רפ"ב
תאריך:	27/06/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077137	GIRAFFE SHUTTLE 230/50 CONFIG , ENGA , ISR , ISR P
9	1040010712	CORD WRAP BARCKET
8	1040010704	DOVETAIT RAIL BASKET
7	1040010696	I.V. POLE 24" DUAL HOOK
6	1040010688	SHELF RESTRAINTS
4	1040010670	GIRAFFE INSTRUMENT SHELF
3	1040010662	CENTER SWIVEL SHELF 12X12 KIT
2	1040010654	CYLINDER HOLDER XL FOR DIAMETER 140-150MM
5	1040010043	ARM REAR CHANNEL MONITOR MOUNT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

	מהנדסת ביו-רפואית	מיטל ביסטרי-פסח
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 ביוני 2016
מספרנו : מב/2016-0364
תיק : 1-1129, 4503, 4004

לכבוד
מר ברונו לביא
כ א ו

נכבדי,

**הנדון : מח' פגיס/פרויקט הקמת זוג עמדות החייאה ליילודים בחדר לידה -
חו"ד לרכישת עגלת שינוע (Shuttle) לאינקובטורים מסדרת Omni-Bed
.Giraffe**

- א. רשימת הצטיידות חדר החייאה - ד"ר ציפורה שטראוס מיום 4.03.16.
ב. תכתובת מתאריך 30.05.16.

בהמשך לסימוכין א', עבור פרויקט הקמת שתי עמדות החייאה ליילודים בחדר לידה, נדרשת רכישת עגלת שינוע (Shuttle) המאפשרת התחברות לאינקובטור מסדרת Giraffe Omni-Bed עגלת השינוע תשמש לצורך העברת פגים באינקובטור מחדר ההחייאה ליח' טיפול נמרץ.

מדובר בעגלת שינוע המופעלת באמצעות סוללה נטענת אשר תספק הזנה חשמלית לאינקובטור אליו תחובר. השימוש בשאטל יאפשר הפעלה מלאה ורציפה של האינקובטור לצורך טיפול בפג במהלך הניוד, כולל יכולת אספקת חמצן כפי שנקבעה ע"י הגורם הרפואי.

נדרשת רכישת שאטל שיאפשר שימוש בדגמי Giraffe הקיימים בפגייה על מנת למנוע העברת פג בין אינקובטורים שלא לצורך. למען הסר ספק, ההליך הנדרש יהיה כדלקמן : פג מחדר לידה יועבר באינקובטור Giraffe לפגייה ושם יישאר. לחדר לידה יוחזר אינקובטור Giraffe פנוי.

נבחנו דגמי המכשור הבאים :

- א. דגם InHouseTrans תוצרת חברת MED-CARE המשווק ע"י חברת "סיסטמדיק".
ב. דגם Giraffe Shuttle תוצרת חברת GE Healthcare המשווק ע"י חברת "לבנט טכנולוגיות".

בבדיקה עם חברת "סיסטמדיק" הובהר כי אין באפשרותה לספק סוללה נטענת לצורך הדגמה מלאה של המכשיר במהלך ניוד של אינקובטור בביה"ת. הדבר לא אפשר לצוות הרפואי להתרשם מן המכשיר בפעולה ולבדוק התאמתו לייעוד הנדרש. לפיכך דגם זה נפסל ואינו רלוונטי.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

הדגם Giraffe Shuttle תוצרת GE Healthcare נבדק ע"י הצוות המשתמש, נמצא מתאים לייעודו ועונה לכל הנדרש. מדובר בעגלת שינוע ייחודית לאינקובטורים מסדרת Omni-Bed Giraffe מאותה תוצרת, המצויים בשימוש נרחב במחלקת פגים (18 מכשירים במספר). המכשיר כולל סוללה פנימית נטענת המספיקה לעבודה מלאה ורציפה של האינקובטור למשך 45 דקות. על פי דרישת הצוות הרפואי, הדגם Giraffe Shuttle יסופק ע"י חב' לבנט עם זוג מתלים לנשיאת מיכלי גז המותאמים לסוג הקיים בביה"ח (בקבוקים בגודל "F" ובקוטר 140-150 מ"מ).

מאחר ולא ידוע על ספק חליפי שלו מכשיר דומה לזה מתוצרת GE Healthcare, המתאים לניוד אינקובטורים מאותה התוצרת, ניתן לראות יצרן זה באמצעות נציגתו המקומית חברת "לבנט" ספק בלעדי לרכישה, לממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי.

מומלץ לממש רכישת הדגם Giraffe Shuttle (מק"ט 2085033-001) בכמות של 1 יחידות, בהתאם להצעת מחיר מס' PQ15L00457 מחברת "לבנט טכנולוגיות".

נדרש לכלול ברכישת הדגם את האביזרים הבאים:

- א. מתלה למיכלי גז (פריט 2 בהצעה בכמות של 2 יח').
- ב. מדף להנחת מנשם (פריט 3 בכמות של 1 יח').
- ג. מגש טיפולים (פריט 4 בכמות של 1 יח').
- ד. מתלה למוניטור (פריט 5 בכמות של 1 יח').
- ה. רצועות הצמדה למדפים - 2 באריזה (פריט 6 בכמות של 1 יח').
- ו. מוט לעירווי (פריט 7 בכמות של 1 יח').
- ז. סלסה לאביזרים (פריט 8 בכמות של 1 יח').
- ח. מתלה לצנרת/כבל חשמלי (פריט 8 בכמות של 1 יח').

יש לכלול בהזמנה ספרות שרות והפעלה כנדרש.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר צפורה שטראוס
ד"ר עומר גלובוס