

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הכרזו -	משרד:
ד.ג. נטילג'י	יחידה מזמינה:
M.Oh. 16	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP
1	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	דובר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$78,000 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 באפריל 2016
מספרנו: יש/0188-2016
תיק: 1003, 1111

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: ט.נ נשימת/פתיחת 2 מיטות – חו"ד לרכישת מכשור עירוני
דוא"ל מיום 4/5.4.16

1. בכדי לאפשר הוספה של 2 מיטות ליחידת הטיפול הנמרץ וציון בכל הנדרש על פי סטנדרט היחידה, נדרשת רכישת מכשור העירוני על פי המפורט (פריטים 5+4 בסימוכין):

40 א. 20 משאבות עירוני מסוג מזרק
16 ב. 8 משאבות עירוני נפחיות

המכשור מיועד ליחידת הטיפול הנמרץ אך חובה כי סוג המכשור יענה לכל דרישות בית החולים ולתכנון העתידי בהתאם למפורט במסמך זה.

2. משאבות העירוני הנפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GP/GP PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.

משאבות העירוני מסוג מזרק הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GH GR PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.

3. הדגמים GP PLUS ו-GH GR PLUS נותנים מענה לדרישות העירוני הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסיעוד. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות במטרה לייצר שימוש נכון ובטיחות בכל בית החולים ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.

4. בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות המלאה הנדרשת של 20 משאבות מזרק מדגם ASENSA GH GR PLUS ו-8 משאבות נפח מדגם ASENSA GP PLUS תוצרת ALARIS המיוצגת באמצעות חב' דובר.

יש לכלול בהזמנה ספר הפעלה בכמות 1 יח'.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' יעל חביב
גב' אורנה רחמינוב
גב' ניצה פאר