

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הגריאון	משרד:
(סמי צחופ)	יחידה מזמינה:
23/05/16	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G
3	1095058350	DOCKING STATION F/ASENA-IDS
1	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

דובר	שם הספק:
510658404	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1399	מספר ספק בשיבא
ספק חוץ _____	ספק זה הינו: _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

22 במאי 2016
מספרנו: עש/2016-298
תיק: 1111, 2001

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: בינוי 2016/מיון/שלב ב' – חווי"ד לרכישת מכשור עירוני
בינוי 2016 – מיון

1. בהמשך לסימוכין, עבור שלבי בינוי השונים הכוללים 3 חדרי הלם והרחבת מיון שוכבים נדרש המכשור הבא:

יחידה	משאבות עירוני נפח	משאבות עירוני מזרק	מנשאים
חדרי הלם	18	24	6
מיון שוכבים	12	8	

2. המכשור הקיים במיון מונה 6 משאבות עירוני נפחיות ו-9 משאבות עירוני מזרק. בהתאם לכמויות המכשור הנדרשות אל מול הקיימות, יש לרכוש המכשור על פי הפירוט הבא:

- א. משאבות עירוני וולומטריות (נפח) בכמות של 24 יח'.
- ב. משאבות עירוני מזרק בכמות של 23 יח'.
- ג. מנשאים להפעלת מספר משאבות בו זמנית בכמות של 6 יח'.

2. חלוקת המכשור תעשה כדלקמן:

18 משאבות עירוני נפחיות לטובת 3 חדרי טראומה ו-6 משאבות עירוני נפחיות לטובת מיון שוכבים.

23 משאבות עירוני מזרק לטובת 3 חדרי טראומה.
6 מנשאי מכשור עירוני לטובת 3 חדרי טראומה.

3. הדגמים המתאימים לרכישה הינם:

- א. ASENSA GP PLUS תוצרת ALARIS (מק"ט 1095057915) בכמות של 24 יח'.
- ב. ASENSA GH PLUS תוצרת ALARIS (מק"ט 1095059168) בכמות של 23 יח'.
- ג. מנשאים מדגם IDS 2X3 תוצרת ALARIS בכמות של 6 יח'. יש לרכוש מנשאים המתאימים לתלייה.

4. מכשור עירוני תוצרת ALARIS מצוי בשימוש במיון ובחדרי הטראומה ובכמויות גדולות במחלקות האשפוז והטיפוליים הנמרצים בבית החולים כולו. מטעמי בטיחות חולה וניהול סיכונים, לא ניתן להכניס לשימוש ביחידה מכשור אחר. בהתאם לכך יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

5. הרכישה באמצעות ש.ר.א.ל.

בעת קליטת המכשור יש לוודא אספקת עמודי עירוני ממלאי מחסן בהתאם לכמות הנדרשת על ידי המשתמש.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין

העתקים : דר' אור יעקב
דר' עירוני אבינח
גב' הרץ דבורה