

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מעבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

דובר	שם הספק:
510658404	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1399	מספר ספק בשיבא
_____ ספק חוץ	ספק זה הינו: _____ √ ספק יחיד
\$25,500 + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

31 במאי 2016
מספרנו: עש/2016-0313
תיק: 1111, 3000

לכבוד
מר ברונו לביא
כ א נ
נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2016/אגף ילדים – חו"ד לרכישת מכשור עירוני
דוא"ל מר ברונו לביא מיום 07.05.16
דוא"ל גב' אורנה רחמינוב מיום 19.05.16

1. בהמשך לסימוכין, נדרשת רכישת המכשור הבא:

מחלקה	משאבות עירוני נפת
ילדים א'	6
ילדים ב'	6
ילדים כירורגיה	5

2. הדגם המתאים לרכישה הוא ASENSA GP תוצרת ALARIS (מק"ט 1095057915) בכמות של 17 יח'.

3. מכשור עירוני תוצרת ALARIS מצוי באגף הילדים ובכמויות גדולות במחלקות האשפוז והטיפוליים הנמרצים בבית החולים כולו. מטעמי בטיחות חולה וניהול סיכונים, לא ניתן להכניס לשימוש מכשור אחר. בהתאם לכך יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

4. הרכישה באמצעות ש.ר.א.ל.

בעת קליטת המכשור יש לוודא אספקת עמודי עירוני ממלאי מחסן בהתאם לכמות הנדרשת על ידי המשתמש.

ב ב ר כ ה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: גב' אורנה רחמינוב
גב' פאר ניצה
גב' מושקוביץ ענת
מר גיל דר