

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072021	SIGNATURE ACT MACHINE 220V ELITE
	8000109470	ACT PLUS TUBE 45T

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	גאמידה בע"מ	שם הספק:
	511383374	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
	1768	מספר ספק בשיבא
	ספק יחיד _____	ספק זה הינו:
	75,000 ש"ח + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
	24 חודשים	תקופת ההתקשרות
	ספק חוץ _____	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

29 בפברואר 2016
מספרנו: יש/2016-0119
תיק: 1009, 1128

לכבוד
מר ברונר לביא
כ.א.

נכבדי,

הנדון: ט.ג. ניתוחי לב (ט.ג. ב') – חו"ד לרכישת מד קרישת דם

תכתובת בדוא"ל מיום 19.11.15

ביחי לטיפול נמרץ ניתוחי לב מצוי מד קרישת דם תוצרת ITC דגם 401 בכמות 1 יח'.

מכשיר זה תקול ואינו ניתן לתיקון עקב חוסר תמיכת היצרן בחלקי חילוף.

חב' ITC החלה לשווק דגם חדש בו דגימת הדם הנדרשת הינה 0.2ml (0.2cc) בלבד ומשך זמן הבדיקה עומד על 250 שניות בלבד (מוחצית הזמן מהמכשיר הקיים).

מדובר בדגם Hemochron Signature Elite המבצע את מגוון הבדיקות הבאות באמצעות קיוטות ייעודיות לכל בדיקה. קיוטות ייעודיות אלה מהוות את הפריט המתכלה במכשיר.

מגוון הבדיקות המבוצעות במכשיר הינן:

- ACT (Activated Clotting Time) באמצעות קיוטה מסוג ACT-PLUS לנבדקים עם רמת הפרין הגבוהה מערך של 2.5Units/ml of blood וקיוטה מסוג ACT-LR (Low Range) לנבדקים עם רמת הפרין הנמוכה מערך של 2.5Units/ml of blood

- APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) באמצעות קיוטות APTT

- PT (Prothrombin Time) – באמצעות קיוטות PT

הערה: כל קיוטה מכילה חומר הייחודי לבדיקה.

הבדיקה הרלבנטית לענייננו הינה ה-ACT לתחום של ההפרין, הרגיל (מעל 2.5Units/ml of blood).

למכשיר יכולת אגירה של 300 בדיקות ובדיקות בקרת איכות. יש יכולת הצמדת מס' זהות לבדיקה.

01060871



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

הדגם החדש נבדק בפועל בחדר הניתוח לניתוחי לב ילדים ע"י דר' פרייסמן לבדיקות ה-ACT והובהר כי אכן משופר ומייעל הפעילות משמעותית עקב יתרונתיו בכמות הדם המזערית ובזמן הבדיקה הקצר.

בבדיקתנו לא נמצא מיכשור דומה מיצרן אחר שלו נתונים זההים לדגם Hemochron Signature Elite (בכמות דגימת הדם הנדרשת ובמהירות הבדיקה).

מומלץ לממש הצעת מחיר PQ1600111 של חב' גאמידה מיום 25.2.16 לדגם Hemochrom Signature Elite, בכמות 1 יח' (ולא כפי שרשום בהצעה).

על מנת לאפשר פעילות, יש לממש רכישת הקיווטות הייעודיות (פריטים מתכלים) עבור בדיקות ACT בתחום הרגיל - דגם ACT PLUS, בהתאם להצעת מחיר 15000265 למימוש פריטים מתכלים - פריט 1 בהצעה בכמות 20 יח', כאשר כל יח' מכילה 45 קיווטות.

הנתונים הני"ל הינם לצריכה שנתית ויבדקו בתום השנה הראשונה.

יש לראות את היצרן ITC ונציגתו המקומית חב' גאמידה ספק בלעדי לרכישת הדגם הייחודי ולמתכלים על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים למיכשור מיום הקליטה בפועל ותינתן ספרות הפעלה ושרות.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעות מחיר+תכתובת

העתקים : פרופ' א. רענני
מר ג. דר